

A Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Comissão Permanente de Licitação

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGAO PRESENCIAL N° 26.09.01/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE COMANDO DE MICRO PROCESSAMENTO DESTINADO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DE 201L DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE - CE., conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QUANT	FABRICANTE	VL/UNI	VL TOTAL
1	COMANDO DE MICRO PROCESSAMENTO DESTINADO PARA AUTOCLAVE A VAPOR DE 201 LITROS. Descrição do comando: o controlador de tempo e temperatura LWAC-02 e um instrumento versátil e de fácil programação. Trabalha com sinal de entrada de termo elemento tipo J. A temperatura do processo e visualizada através de um display com 4 dígitos a LED e controlada por uma saída a rele. O controle e tipo ON/OFF ou proporcional (p), selecionado através do teclado frontal. Para o controle tipo ON/OFF e necessário definir o valor da histerese, que trabalha de maneira acinética em relação ao set point, e para controle P e necessário definir valores de banda proporcional e tempo de ciclo para o processo desejado. O início do processo de esterilização e iniciado através do teclado frontal (teclas). Possui entrada digitais que detectam: a abertura da ponta da autoclave (quando e aberto, o processo e cancelado), o nível de agua do reservatório e a pressão ideal para esterilização. No frontal do instrumento existe uma tecla de emergência, que a ser pressionada cancela o processo em qualquer etapa. Além da saída de controle (aquec/agua), o instrumento ainda possui duas saídas para entrada e saída de vapor. Os parâmetros de configuração são bloqueados através de uma senha configurável. Instrumento montado em caixa pluq-in em policarbonato VO (auto extingüível) própria para embutir em painéis, com dimensões padrão DIN 72x72mm, e conexões elétricas por intermédio de parafusos localizados na base traseira do instrumento. A fixação e feita através de presilhas, proporcionando uma rápida instalação no painel.	uni	1	coel	2.700,00	2.700,00

Observação: A instalação das peças e os reparos referentes aos serviços serão por conta do contratado.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias

PROPONENTE: CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI ME

ENDERECO: RUA JOÃO CARVALHO 831, SALA 101- ALDEOTA, FORTALEZA - CNPJ/CPF N°: 10.376.090.0001-73 - **TELEFONE:**85 31210440


Ruanima Revany Angelo da Silva





Endereço: Rua João Carvalho N° 831- Aldeota

Cep: 60.140-140 – Fortaleza - CE

Email: crmed41@hotmail.com - Fone: 85-3121-0440