


ATA PARCIAL



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/10/13 10:34	2020/10/13 13:00	2020/10/21 13:00	2020/10/26 07:00	2020/10/26 08:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/10/2020 - 08:17	ESCLARECIMENTO QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO ITEM 31: SOLICITAMOS ALTERAÇÃO PARA 15 DIAS ÚTEIS	15/10/2020 - 10:41

Prezados,
Bom dia!

A Dräger Industria e Comercio Ltda., CNPJ Nº 02.535.707/0001-28, interessada em participar do pregão referenciado, vem através deste solicitar o seguinte esclarecimento para o item 31 - Aparelho de Anestesia.

O edital pede: "4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias úteis (...)"

Solicitamos que o prazo de entrega seja revisto para 15 (quinze) dias, visto que nossos equipamentos são de origem estrangeira e dependem de importação.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O presente procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 06.10.03/2020, visa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (COMPREENDENDO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CLIMATIZAÇÃO, ODONTOLÓGICO, INFORMÁTICA E COPA E COZINHA) E MATERIAL DE CONSUMO PARA VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, disponíveis no mercado nacional conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital.

Com isso, cabe ressaltar que o presente Edital estabelece o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, após cada solicitação, devendo ainda a contratada, em caso dos produtos apresentarem defeitos ou não estiverem em conformidade com o edital, substituí-los em até 02 (dois) dias úteis. Importante ressaltar a exigência desses prazos, pois, os equipamentos serão utilizados para o melhoramento das Unidades de Saúde, Hospital e CAPS no município de Jaguaribe, administrados pela Secretaria de Saúde.

Dessa forma, os prazos estipulados no edital não visam limitar a participação dos licitantes, nem ferem os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas buscam atender o interesse público primário, que alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Ademais, a contratada deve atender as necessidades de saúde pública, cujo risco de demora poderá causar danos ao município, deixando assim de atender o interesse da coletividade.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS, DENTRE OUTROS. DIMENSÕES INTERNAS (DIAM. X P): 30 X 60 CM; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 51 X 60 X 77 CM; POTÊNCIA: 2400 WATTS Nº DE BANDEJAS: 3; DIMENSÕES DA BANDEJA (LXP): 24 X 57 CM; PESO LÍQUIDO DO EQUIPAMENTO: 65 KG; TENSÃO (VOLTS): 220 V; COM VASO DE PRESSÃO EM FORMATO CILÍNDRICO, HORIZONTAL E CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO COM ACABAMENTO SANITÁRIO E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU FUNCIONAMENTO, REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA E NÃO TRANSFERE CALOR AO AMBIENTE. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUNDIDO, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. POSSUI DISPOSITIVO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA SEGURO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX	11.907,21	2	UND	Aceito
0002	CONDICIONADOR DE AR SPILT 9.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	2.737,52	4	UND	Aceito
0003	CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	3.042,21	4	UND	Aceito
0004	CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	4.417,06	2	UND	Aceito
0005	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA (OU ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL), TAMANHO ADULTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MÉDIAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO CONVENCIONAL	5.249,95	5	UND	Aceito

0006	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA. TAMANHO INFANTIL, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS PEQUENAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL.	5.249,95	5 UN	
0007	AMBU ADULTO SILICONE COM RESERVATÓRIO. O AMBU É UM REANIMADOR MANUAL DE ALTA QUALIDADE CONFECCIONADO EM SILICONE E COM RESERVATÓRIO. É UTILIZADO PARA PROMOVER VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. UTILIZADO EM CASOS DE PARADA RESPIRATÓRIA, ASFIXIA, AFOGAMENTO, INFARTO E DEMAIS PROBLEMAS E DOENÇAS QUE ENVOLVEM A FALTA DE AR E PROBLEMAS PARA REALIZAR A RESPIRAÇÃO DE FORMA NORMAL. BASTANTE UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS, INDISPENSÁVEL EM UMA UTI. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADO EM SILICONE; MODELO ADULTO; POSSUI RESERVATÓRIO.	471,31	5 UND	Aceito
0008	DETECTOR FETAL - AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL POR MÉTODO DE ULTRA-SOM; AUSCULTA CARDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL E ESTOJO DE COURO SINTÉTICO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME; ALIMENTAÇÃO 02 BATERIAS DE 9VOLTS CADA; FREQUENCIA 2,2MHZ; GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	1.121,57	2 UND	Aceito
0009	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA- AUTOMÁTICA- COMPRIMENTO DE SELAGEM: 30CM, LARGURA DA SELAGEM: 10MM COM GUILHOTINA E PORTA ROLOS E B APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.	2.425,16	2 UND	Aceito
0010	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE™ I5 8ª GERAÇÃO- 3330 3.0GHZ - CACHE 2.4; 8 MB ; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ ; DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1; PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S,V,R); BARRAMENTO MÁX. SUPTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S/ ; MEMÓRIA: 1333MHZ; VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPS (GIGABIT); FONTE FONTE GOLDENTEC 450W; MONITOR LED 21.5" ; MOUSE PS2 ; TECLADO PS2	6.456,11	11 UND	Aceito
0011	IMPRESSORA LASERJET LASER; TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO 33 PÁG/MIN; IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA NÃO; CICLO DE TRABALHO MENSAL 25000 PÁG/MÊS; HARDWARE: MEMÓRIA INTERNA 16 MB; COMPATÍVEL COM MAC SIM; CONECTIVIDADE USB, WI-FI; PORTÁTIL NÃO; PAPEL: BANDEJAS 2; CAPACIDADE DE FOLHAS 150 FOLHAS; MÍDIAS ACEITAS A4, A5, A6, B5, C5, DL; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL 163 G/M² . GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	2.816,12	11 UND	Aceito
0012	ROTEADOR DE 3 ANTENAS 300 MBPS 2.4 E 5.8GHRZ. 1 PORTAS WAN E 4 PORTAS LAN	573,21	10 UN	Aceito
0013	SWTICH 16 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL.	1.036,88	10 UN	Aceito
0014	NO BREAK 1200KVA - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	1.566,97	11 UN	Aceito

0015	TABLET 10 POLEGADAS - TABLET 3G, ANDROID 7.0, DUAL CÂMARA, TELA DE 10 POLEGADAS, QUAD CORE, MEMÓRIA INTERNA 16GB, EXPANSIVO MICROSD ATÉ 32GB, CÂMERA FRONTAL, CONXÕES 3G, TAMANHO DO DISPLAY 10 POLEGADAS, COR PRETA, CÂMERAS 5.1 MP, PROCESSADOR QUAD CORE, BLUETOOTH, GPS, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE. SERÁ UTILIZADO UM APLICATIVO (ESUS AB TERRITORIAL) QUE SE INTEGRA ÀS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS PARA APOIAR O PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), E, DE MODO GERAL, DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. O APLICATIVO TEM FOCO NOS AGENTES DE SAÚDE (ACS/ACE), QUE FARÃO SEU USO EM DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES E ATIVIDADES NO TERRITÓRIO. ELE TORNARÁ POSSÍVEL REALIZAR AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO O REGISTRO DAS VISITAS DOMICILIARES DE FORMA RÁPIDA E SEGURA, FACILITANDO AS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM LOCAIS DE DIFÍCIL MANEJO DE COMPUTADORES OU	2.919,62	6 UN	
0016	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: TURBINA FABRICADA EM LATÃO, UTILIZANDO LIGA DE ALPACA COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E PRODUTOS DE DESINFECÇÃO; RECARTELA DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL QUE FACILITA OS MOVIMENTOS E GARANTE A SEGURANÇA NO USO SEM PROVOCAR CANSAÇO NAS MÃOS E PULSOS; SPRAY TRIPLO QUE GARANTE A REFRIGERAÇÃO DA ÁREA DE TRATAMENTO MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS DIFÍCEIS; GAPA LONGA QUE FACILITA O ACESSO AOS DENTES POSTERIORES; COMPONENTES INTERNOS PROJETADOS PARA RESISTIR OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE E CONSEQUENTEMENTE O RENDIMENTO DO INSTRUMENTO; ENCAIXE UNIVERSAL DO TIPO BORDEN DE DOIS FURROS; COM ROLAMENTO DE ESFERAS DE ALTA PRECISÃO, ROTOR BALANCEADO; TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, POR MAIS DE 1.000 CICLOS; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000 RPM; CONSUMO DE AR 34 ATÉ 37 NL/MIN; PRESSÃO DE TRABALHO 2,1 A 2,3 BAR FRESAS RECOMENDADAS; FG 19-26MM; SISTEMA DE RETIRADA DA FRESA POR MEIO	999,65	26 UN	Aceito
0017	CONTRA ÂNGULO: CONTRA ÂNGULO FABRICADO EM LATÃO, UTILIZANDO LIGA DE ALPACA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO; RECARTELA DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL; SPRAY ÚNICO PARA REFRIGERAÇÃO DA ÁREA DE TRATAMENTO; COMPONENTES PROJETADOS PARA RESISTIR POR NO MÍNIMO 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SEM COMPROMETER A QUALIDADE E O RENDIMENTO DOS INSTRUMENTOS; SISTEMA DE TROCA BROCAS PRÁTICO FECHO POSICIONADO NA CABEÇA DO INSTRUMENTO; ADAPTADOR DE BROCAS DO TIPO "FG" PERMITE A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO; ENCAIXE UNIVERSAL INTRA QUE PERMITE A TROCA RÁPIDA E SEGURA DE INSTRUMENTOS; MÁXIMO DESEMPENHO DE TRABALHO A 25.000 RPM COM TORQUES MANTENDO BAIXOS ÍNDICES DE RUÍDO E AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO; TRANSMISSÃO DE 1:1, PASSÍVEL DE USO COM BROCAS DO TIPO "AR" E "FG", COM SPRAY EXTERNO; IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ACOMPANHA O PRODUTO CABOS, ACESSÓRIOS E OUTROS INDISPENSÁVEIS PARA O BOM US	904,39	26 UN	Aceito
0018	MICRO MOTOR: MICRO MOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO; SPRAY INTERNO OU SEJA AUSÊNCIA DE MANGUEIRAS EXTERNAMENTE AO CORPO DO INSTRUMENTO; ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN DE DOIS FURROS, FÁCIL ACOPLAMENTO EM QUALQUER EQUIPAMENTO; ANEL REGULADOR DE ROTAÇÕES E SENTIDO DE GIRO DISPOSTO NO CORPO DO MOTOR PARA FÁCIL REGULAGEM DURANTE O USO; MÁXIMO DESEMPENHO DE TRABALHO A 25.000 RPM COM TORQUE EXCEPCIONAL MANTENDO OS MAIS BAIXOS ÍNDICES DE RUÍDOS E AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO INTRAMATIC, PERMITINDO A TROCA FACILITADA DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS; COMPONENTES INTERNOS E MATERIAIS APLICADOS PERMITEM A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135°C POR NO MÍNIMO 1.000 CICLOS SEM PERDA DE DESEMPENHO; PRESSÃO DE TRABALHO 2,2 BAR; IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ACOMPANHA O PRODUTO CABOS, ACESSÓRIOS E OUTROS INDISPENSÁVEIS PARA O BOM USO DO APARELHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA PELO FABRICAN	990,03	26 UND	Aceito
0019	CAIXA TÉRMICA, RESERVATÓRIO TÉRMICO, CAIXA ISOTÉRMICA - RECIPIENTE UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO E/OU TRANSPORTE TEMPORÁRIO DE SUBSTÂNCIAS QUE REQUEIRAM TEMPERATURAS CONTROLADAS (NÃO PROPORCIONA CONTROLE RIGOROSO). CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO DIGITAL. DADOS DA CAIXA: PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. TAMPA REMOVÍVEL. CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 34 LITROS. ALIMENTAÇÃO DO TERMÔMETRO ATRAVÉS DE PILHA.	875,00	2 UND	Deserto

0020	CAIXA TÉRMICA, RESERVATÓRIO TÉRMICO, CAIXA ISOTÉRMICA - RECIPIENTE UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO E/OU TRANSPORTE TEMPORÁRIO DE SUBSTÂNCIAS QUE REQUEIRAM TEMPERATURAS CONTROLADAS (NÃO PROPORCIONA CONTROLE RIGOROSO). CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO DIGITAL. DADOS DA CAIXA: PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. TAMPA REMOVÍVEL. CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 15 LITROS. ALIMENTAÇÃO DO TERMÔMETRO ATRAVÉS DE PILHA.	463,33	26 UND	
0021	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. É UM INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. VOCE PODERÁ COLOCAR UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA PARA ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS. TEMPERATURA INTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO: -20°C A 50°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. EXATIDÃO: 0,1°C A 50°C +/- 1°C, -50°C A 0°C +/- 2°C/ 50,1°C A 70°C +/-2°C. TEMPERATURA EXTERNA (SONDA). FAIXA DE MEDIÇÃO: -50°C A 70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V TIPO AAA. COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 1,70M. AVISO IMPORTANTE: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, PODENDO CONTER ALGUMA DIFERENÇA EM SUA TONALIDADE. OS OBJETOS QUE AMBIENTAM AS FOTOS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.	165,67	30 UND	Aceito
0022	GELO RÍGIDO 500ML CAIXA 30 UNIDADES - OS GELOS RÍGIDOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE EM BAIXAS TEMPERATURAS. O GELO RÍGIDO É REUTILIZÁVEL (GELO RECICLÁVEL) E É COMUMENTE UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MAS PODE SER UTILIZADO PARA OUTRAS FINALIDADES.	346,67	3 UND	Aceito
0023	LIXEIRA REDONDA DE 30 LITROS EM AÇO INOX COM PEDAL E CESTO REMOVÍVEL - A LIXEIRA EM INOX DE 30 LITROS É IDEAL, POIS, SÃO TOTALMENTE FLEXÍVEL, POSSUI BALDE REMOVÍVEL E PEDAL QUE FACILITA O MANUSEIO, EVITANDO ASSIM O CONTATO COM AS MÃOS. POR SEREM PRODUZIDAS COM AÇO INOX AS LIXEIRAS SÃO IDEAIS PARA DESCARTE DE LIXO ORGÂNICOS ÚMIDOS OU SECOS, POIS O PRODUTO SOFRERÁ MENOS CORROSÃO QUE OUTROS MATERIAIS DURANTE O USO. CARACTERÍSTICA LIXEIRA DE AÇO INOX 30 LITROS. CESTO COM ALÇA REMOVÍVEL. PEDAL COM BASE EMBORRACHADA. MATERIAL: AÇO INOX. CAPACIDADE PARA 30 LITROS. MEDIDA: Ø 29,5 X 63CM	234,67	15 UN	Aceito
0024	GAVETEIRO ORGANIZADOR 3 GAVETAS; O GAVETEIRO É UM PRODUTO PRÁTICO E VERSÁTIL. COM DESIGN MODERNO ELE É IDEAL PARA ORGANIZAR DE FORMA FUNCIONAL QUALQUER AMBIENTE. PRODUZIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSUI TRÊS GAVETAS E RODINHAS EMBUTIDAS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO, ALÉM DE MUITO ESPAÇO INTERNO PARA GUARDAR SEUS OBJETOS. ESPECIFICAÇÕES: - 03 GAVETAS; - COM RODAS; - DESIGN MODERNO E ARROJADO; CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DO PRODUTO: (C X L X A) 40,5 X 31,5 X 50,5 CM; - PESO: 3,030 KG; - PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	148,00	15 UN	Aceito
0025	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3,12 LITROS COM ALÇA TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 3,12L; COR: TRANSPARENTE; MEDIDAS: 288X205X93MM	28,00	30 UND	Aceito
0026	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	260,00	3 UND	Aceito
0027	FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT. QUEIMADOR RÁPIDO, CAPACIDADE DE 58 LITROS, TIPO DE FOGÃO A GÁS, COM FORNO.	860,00	1 UN	Aceito
0028	BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA PERISTÁLICA PARA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAMENTOS ENTERAL. - BATERIA: OPÇÃO 1: POSSUI. - KVO: OPÇÃO 1: POSSUI. - ALARMES: OPÇÃO 1: POSSUI. - BOLUS: OPÇÃO 1: POSSUI. - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: OPÇÃO 1: POSSUI. - EQUIPO: OPÇÃO 1: DEDICADO, OPÇÃO 2: UNIVERSAL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, UTILIZADO PARA INFUNDIR LÍQUIDOS TAIS COMO DROGAS OU NUTRIENTES, COM CONTROLE DE FLUXO E VOLUME NAS VIAS VENOSA.	10.588,46	1 UND	Aceito
0029	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, MONITOR DE SINAIS VITAIS, MONITOR CINCO PARÂMETROS BÁSICOS - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. - TIPO/TAMANHO. OPÇÃO 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. OPÇÃO 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. OPÇÃO 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. OPÇÃO 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. OPÇÃO 1: POSSUI	17.817,77	1 UND	Aceito

0030	DETECTOR FETAL - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, DETECTOR FETAL, SONAR. EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTAÇÃO DE DADOS FETAIS. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: OPÇÃO: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. OPÇÃO: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	1.826,13	1 UN	Aceito
0031	CARRO DE ANESTESIA - CARRO DE ANESTESIA, APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO E MISTURA DE GASES COM VAPORES ANESTÉSICOS AO PACIENTE, ATRAVÉS DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA, CONTROLADA, MANUALMENTE OU MECANICAMENTE, SENDO CONSTITUÍDO DE SEÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO (INCLUINDO VAPORIZADOR), SISTEMA RESPIRATÓRIO E RESPIRADOR. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÓMETRO COM ESC	281.611,89	1 UN	Aceito
0032	CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR E MONITOR DE ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DE AOXIMETRIA -POSSUI IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: POSSUI	55.250,46	1 UND	Aceito
0033	ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSULE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG	14.001,51	1 UND	Aceito
0034	OTOSCÓPIO - ESPÉCULO OTOSCÓPIO, LANTERNA OTOSCÓPICA. FIBRA ÓPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO.	983,21	2 UND	Aceito
0035	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, APARELHO DE OXIMETRIA PORTÁTIL, MEDIDOR DE SPO2, SATURÓMETRO - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E NÃO INVASIVA, DA SATURAÇÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ATRAVÉS DE UM SENSOR NÃO-INVASIVO.	4.406,55	3 UND	Aceito
0036	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, APARELHO DE OXIMETRIA PORTÁTIL, MEDIDOR DE SPO2, SATURÓMETRO - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E NÃO INVASIVA, DA SATURAÇÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ATRAVÉS DE UM SENSOR NÃO-INVASIVO.	4.406,55	3 UND	Aceito
0037	ESTRUTURA MONOBLOCO E FECHAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES EM FIBRA DE VIDRO COM TANQUES EM AÇO INOXIDÁVEL; - TRANSPORTE DO FILME ATRAVÉS DE ROLETES ACIONADOS POR INTERMÉDIO DE ENGRENAGENS DE ROSCA SEM FIM; - CONTROLE ELETRÔNICO AUTOMÁTICO LIGA/DESLIGA (STANDY-BY) INDEPENDENTES PARA CADA FUNÇÃO, REGENERAÇÕES AUTOMÁTICAS AJUSTÁVEIS, CONTROLE DE ENTRADA DO FILME SONORO E VISUAL, BLOQUEIO DA ÁGUA E REACIONAMENTO DA PROCESSADORA POR INTRODUÇÃO NORMAL DO FILME NO ALIMENTADOR; - RECIRCULAÇÃO DO REVELADOR E FIXADOR POR MEIO DE BOMBAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO COM FILTRO NO REVELADOR; - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO REVELADOR. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 99,7 CM; LARGURA: 61,4 CM; ALTURA: 45,0 CM; PESO LÍQUIDO: 80 KG; CAPACIDADE DOS TANQUES: REVELADOR: 9,0 LITROS; FIXADOR: 9,0 LITROS; ÁGUA: 9,0 LITROS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 120 SEG. SECO A SECO; 160 FILMES (24X30) CM/HORA 200 FILMES DIVERSOS/HORA; VELOCIDADE DE TRANSPORTE: 1,4 CM/SEG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: REVELADOR: 31°C	35.230,00	1 UN	Aceito



Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
13/10/2020	PE.06.10.03.2020.EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------

J

15/10/2020 - 08:17	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,10,13 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,14 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,29,30,34,35,36 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,11,24,25 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,17,18 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 20,22 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,27 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,32,33 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:30	Negociação aberta para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 37 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:32	Mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:32	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2020 às 12:33.
26/10/2020 - 10:35	Mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:37	Mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 10:48	Mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 11:55	Mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 13:29	Intenção de recurso enviada para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2020 - 14:37	Intenção de recurso enviada para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0031 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2020 - 10:16	Negociação aberta no processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2020 - 10:17	Negociação aberta no processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0017 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/10/2020 - 10:17	Negociação aberta no processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0018 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2020 - 10:31	Negociação aberta no processo 06.10.03/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2020 - 09:58	Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0015 para o fornecedor SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA foi definida pelo pregoeiro para 06/11/2020 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
06/11/2020 - 14:04	Intenção de recurso enviada para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2020 - 14:24	Intenção de recurso enviada para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2020 - 10:46	Documentos solicitados para o processo 06.10.03/2020	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2020 - 11:39	Documentos solicitados para o processo 06.10.03/2020	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2020 - 08:44	Intenção de recurso enviada para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0031 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2020 - 13:21	Recurso enviado para o processo 06.10.03/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0031 do processo 06.10.03/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm; Dimensões Externas (AxLxP): 51 x 60 x 77 cm; Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3; Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm; Peso Líquido do Equipamento: 65 kg; Tensão (Volts): 220 V; Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável AISI 304 polido com acabamento sanitário e revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável AISI 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inox	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	STERMAX	STERMAX	7.396,00	14.780,00
0002	CONDICIONADOR DE AR SPILT 9.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A	Windstar Computadores	FM9	PHILCO	1.650,00	6.600,00
0003	CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A	Windstar Computadores	FM12K	PHILCO	1.798,00	7.192,00
0004	CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A	Windstar Computadores	FM18K	PHILCO	2.750,00	5.500,00



0005	Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas medias, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO CONVENCIONAL	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SM-322L7	Stra Medical/Scope Medical	1.600,00	8.000,00
0006	Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SM-322L7	Stra Medical/Scope Medical	1.600,00	8.000,00
0007	Ambu Adulto Silicone com Reservatório. O AMBU é um reanimador manual de alta qualidade confeccionado em silicone e com reservatório, é utilizado para promover ventilação artificial ao usuário. Utilizado em casos de parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e demais problemas e doenças que envolvem a falta de ar e problemas para realizar a respiração de forma normal. Bastante utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, indispensável em uma UTI. Características Confeccionado em silicone; Modelo adulto; Possui reservatório.	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	ADULTO	MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	165,00	825,00



0008	Detector fetal - Ausculta de batimentos cardíacos fetal por método de ultrassom; Ausculta cardio-fetal a partir da 10a semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintético; Botão liga/desliga com regulagem de volume; Alimentação 02 baterias de 9volts cada; Frequência 2,2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	JPD-100B	JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL	409,00	
0009	Seladora de Mesa com Guilhotina- Automática- Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e B Aplicação grau cirúrgico. Controle de temperatura digital.	MARCOS JULIANO DA SILVA	21769	CRISTÓFOLI	1.090,00	2.180,00
0010	COMPUTADOR. Processador Core™ i5 8ª geração-3330 3.0GHZ - Cache 2.4: 8 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S.V.R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s ; Memória: 1333MHz; Video Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5"; Mouse PS2 ; Teclado PS2	Windstar Computadores	GOLDENTEC I5/4GB	GOLDENTEC	4.350,00	47.850,00
0011	Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pág/min; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi, Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C6, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m² . Garantia mínima de 12 meses	MARCOS JULIANO DA SILVA	L5102DW	BROTHER	2.190,00	24.090,00
0012	Roteador de 3 antenas 300 mbps 2.4 e 5.8ghz. 1 portas WAN e 4 portas LAN	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	TL-WR840N	TP LINK	240,00	2.400,00
0013	Swích 16 portas não gerenciável.	Windstar Computadores	SG1016D	TP-LINK	265,00	2.850,00

0014	<p>No break 1200KVA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	Inovamax Teleinformatica Ltda.	TS SHARA	TS SHARA	685,00	7.535,00
0015	<p>Tablet 10 polegadas - Tablet 3g, Android 7.0, Dual Câmera, tela de 10 Polegadas, Quad Core, Memória Interna 16GB, Expansivo MicroSD Até 32GB, Câmera Frontal, Conexões 3G, Tamanho do Display 10 polegadas, cor preta, câmeras 5.1 MP, processador Quad Core, Bluetooth, GPS. Garantia de 12 meses do fabricante. Será utilizado um aplicativo (ESUS AB TERRITORIAL) que se integra às ações do Departamento de Atenção Básica na ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (eSF), e, de modo geral, das equipes de Atenção Básica. O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as atividades de cadastramento da Atenção Básica, assim como o registro das visitas domiciliares de forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil manejo de computadores ou</p>	Inovamax Teleinformatica Ltda.	Samsung	Samsung	1.750,00	10.500,00




0016	<p>CANETA DE ALTA ROTACAO: Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento da superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos de desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos; spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis; capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores; componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento; encaixe universal do tipo borden de dois furos; com rolamento de esferas de alta precisão, rotor balanceado; totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; rotação máxima de 360.000 rpm; consumo de ar 34 até 37 NI/min; pressão de trabalho 2,1 a 2,3 bar fresas recomendadas; FG 19-26mm; sistema de retirada da fresa por meio</p>	<p>LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI</p>	S/M	DENTEMED	406,23	10.561,98
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----	----------	--------	-----------



0017	<p>CONTRA ÂNGULO: Contra ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital; spray único para refrigeração da área de tratamento; componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização, sem comprometer a qualidade e o rendimento dos instrumentos; sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento; adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação; encaixe universal Intra que permite a troca rápida e segura de instrumentos; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torques mantendo baixos índices de ruído e ausência de vibração; transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom us</p>	<p>LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI</p>	S/M	DENTEMED	343,05	8.919,30
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----	----------	--------	----------

0018	MICRO MOTOR: Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção; spray interno ou seja ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento; encaixe universal borden de dois furos, fácil acoplamento em qualquer equipamento, anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor para fácil regulagem durante o uso; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruídos e ausência de vibração; sistema de encaixe rápido intramatic, permitindo a troca facilitada de instrumentos rotativos; componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 135°C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho; pressão de trabalho 2,2 bar; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom uso do aparelho. Embalagem individual lacrada pelo fabricante	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	S/M	DENTEMED	433,33	11.266,58
0019	Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 34 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.				0,00	0,00
0020	Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.	Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	INCOTERM	INCOTERM	463,33	12.046,58




0021	<p>Termômetro Máxima e Mínima Digital. Descrição do produto. Características do Produto. É um Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas. Temperatura Interna. Faixa de medição: -20°C a 50°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C. -50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/- 2°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m. Aviso Importante: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.</p>	<p>NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</p>	<p>SH 102 - CÔD. 1587-3</p>	<p>J. PROLAB</p>	<p>99,00</p>	<p>2.970,00</p>
0022	<p>Gelo Rígido 500ml caixa 30 unidades - Os gelos rígidos são a solução ideal para transporte em baixas temperaturas. O gelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) e é comumente utilizado para conservação durante o transporte de medicamentos, mas pode ser utilizado para outras finalidades.</p>	<p>Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda</p>	<p>TERMOGEL</p>	<p>TERMOGEL</p>	<p>346,67</p>	<p>1.040,01</p>
0023	<p>Lixeira Redonda de 30 Litros em Aço Inox com Pedal e Cesto removível - A Lixeira em inox de 30 litros é ideal, pois, são totalmente flexível, possui balde removível e pedal que facilita o manuseio, evitando assim o contato com as mãos. Por serem produzidas com aço inox as lixeiras são ideais para descarte de lixo orgânicos úmidos ou secos, pois o produto sofrerá menos corrosão que outros materiais durante o uso. Característica Lixeira de Aço Inox 30 Litros. Cesto com alça removível. Pedal com base emborrachada. Material: aço inox. Capacidade para 30 litros. Medida: Ø 29,5 x 63cm</p>	<p>MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</p>	<p>X</p>	<p>RISCHIOTO</p>	<p>234,65</p>	<p>3.519,75</p>



0024	Gaveteiro Organizador 3 Gavetas; O Gaveteiro é um produto prático e versátil. Com design moderno ele é ideal para organizar de forma funcional qualquer ambiente. Produzido em plástico resistente, possui três gavetas e rodinhas embutidas para facilitar a locomoção, além de muito espaço interno para guardar seus objetos. ESPECIFICAÇÕES: - 03 Gavetas; - Com Rodas; - Design Moderno e Arrojado; Características: - Dimensões do produto: (C x L x A) 40,5 x 31,5 x 50,5 cm; - Peso: 3,030 Kg; - Plástico de Alta Resistência	MARCOS JULIANO DA SILVA	ÚTIL BAZAR	ÚTIL BAZAR	148,00	2.220,00
0025	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3.12 LITROS COM ALCA TRANSPARENTE; Capacidade: 3,12L; Cor: transparente; Medidas: 286x205x93mm	MARCOS JULIANO DA SILVA	ÚTIL BAZAR 04	ÚTIL BAZAR	28,00	840,00
0026	Botijão de gás 13kg	C. H. SILVEIRA COSTA	Nacional Gás	Nacional Gás	243,00	729,00
0027	Fogão 04 bocas, acendimento automático, bivolt, queimador rápido, capacidade de 58 litros, tipo de fogão a gás, com forno.	C. H. SILVEIRA COSTA	ESMALTEC ÁGATA	ESMALTEC	850,00	850,00
0028	Bomba de infusão - Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral. - BATERIA: Opção 1: POSSUI, - KVO: Opção 1: POSSUI, - ALARMES: Opção 1: POSSUI, - BOLUS: Opção 1: POSSUI, - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: Opção 1: POSSUI, - EQUIPO: Opção 1: DEDICADO, Opção 2: UNIVERSAL. Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa.	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	SP750	CONTEC	5.500,00	5.500,00
0029	Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Cinco Parâmetros Básicos - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. - TIPO/TAMANHO. Opção 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. Opção 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. Opção 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. Opção 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. Opção 1: POSSUI	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	K-12	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	6.000,00	6.000,00



0030	DETECTOR FETAL - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais, Detector Fetal, Sonar. Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: Opção: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. Opção: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	JPD-100B	JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL	350,00	
0031	CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído da seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc	EDILANE CARVALHO ARAUJO	TESIA 3000	NOVITECH EQUIP. MEDICOS LTDA	83.500,00	83.500,00
0032	Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DE/OXIMETRIA - POSSUI; IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: POSSUI	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	MDF03BI	ECAFIX	30.000,00	30.000,00
0033	ELETROCARDÍOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI- FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSÓLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	OMA	COMEN	6.900,00	6.900,00
0034	OTOSCÓPIO - Espéculo Otoscópio, Lanterna Otoscópio. FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo.	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	RI-MINI	RIESTER / RUDOLF RIESTER GMBH	365,00	730,00



0035	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	SP-20 / ANVISA: 80901119001	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	1.657,00	
0036	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	SP-20 / ANVISA: 80901119001	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	1.479,90	4.439,70
0037	Estrutura Monobloco e fechamentos laterais e superiores em fibra de vidro com tanques em aço inoxidável; - Transporte do filme através de roletas acionados por intermédio de engrenagens de rosca sem fim; - Controle eletrônico automático liga/desliga (standy-by) independentes para cada função, regenerações automáticas ajustáveis, controle de entrada do filme sonoro e visual, bloqueio da água e reacionamento da processadora por introdução normal do filme no alimentador; - Recirculação do revelador e fixador por meio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador; - Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador. Dimensões: Comprimento: 99,7 cm; Largura: 61,4 cm; Altura: 45,0 cm; Peso Líquido: 80 kg; Capacidade dos Tanques: Revelador: 9,0 litros; Fixador: 9,0 litros; Água: 9,0 litros; Capacidade de Produção: 120 seg. seco a seco; 160 filmes (24x30) cm/hora 200 filmes diversos/hora; Velocidade de Transporte: 1,4 cm/seg. Temperatura de Operação: Revelador: 31°C	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	RM-1	RNEW	31.255,00	31.255,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm; Dimensões Externas (AxLxP): 51 x 60 x 77 cm; Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3; Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm; Peso Líquido do Equipamento: 65 kg; Tensão (Volts): 220 V; Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável AISI 304 polido com acabamento sanitário e revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável AISI 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inox


Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:28:22	42 LITROS	ALT	11.907,21	23.814,42	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.813.876/0001-62	23/10/2020 - 14:28:00	75LT	STERMAX	11.907,21	23.814,42	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:30:50	X	STERMAX	11.907,21	23.814,42	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:17:45	STERMAX	STERMAX	11.907,21	23.814,42	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:47:17	42 ASE	STERMAX	11.867,00	23.734,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 17:58:34	STERMAX	STERMAX	11.907,21	23.814,42	Sim
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:20:55	sku 1825	stermax	12.000,00	24.000,00	Sim

0002 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 9.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:28:22	HWF109B2 / HWFE09B2	ELGIN	2.709,08	10.836,32	Sim
Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli EPP	08.060.934/0001-20	21/10/2020 - 15:31:42	SPLIT ECO CCS09QF-R4	AGRATTO	2.700,00	10.800,00	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:30:58	Comfee Midea	Comfee Midea	2.700,00	10.800,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 10:51:23	TAC-09CSA	TCL	2.737,52	10.950,08	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	23/10/2020 - 10:33:38	FM9	PHILCO	2.737,00	10.948,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:28:31	ECO POWER	ELGIN	2.737,52	10.950,08	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:32:41	X	TCL	2.737,52	10.950,08	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:19:45	MIDEA	MIDEA	2.737,52	10.950,08	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 17:59:17	AGRATTO	AGRATTO	2.737,52	10.950,08	Sim

0003 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:29:23	HWF112B2 / HWFE12B2	ELGIN	3.010,97	12.043,88	Sim
Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli EPP	08.060.934/0001-20	21/10/2020 - 15:32:31	SPLIT ECO CCS12QF-R4	AGRATTO	3.000,00	12.000,00	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:31:59	Comfee Midea	Comfee Midea	3.000,00	12.000,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 10:51:54	TAC12CSA	TCL	3.042,21	12.168,84	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	23/10/2020 - 10:36:27	FM12K	PHILCO	3.042,00	12.168,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:29:32	ECO POWER	ELGIN	3.042,21	12.168,84	Sim



MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:33:36	X	TCL	3.042,21	12.168,84	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:20:20	MIDEA	MIDEA	3.042,21	12.168,84	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 17:59:46	AGRATTO	AGRATTO	3.042,21	12.168,84	Sim

0004 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:30:57	HWF18B2 / HWFE18B2	ELGIN	4.371,95	8.743,90	Sim
Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP	08.060.934/0001-20	21/10/2020 - 15:33:03	SPLIT ECO CCS018QF-R4	AGRATTO	4.400,00	8.800,00	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:33:35	Comfee Midea	Comfee Midea	4.400,00	8.800,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 10:52:56	TAC18CSA	TCL	4.417,06	8.834,12	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	23/10/2020 - 10:38:31	FM18K	PHILCO	4.417,00	8.834,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.813.876/0001-62	23/10/2020 - 14:30:19	ECO POWER	ELGIN	4.417,06	8.834,12	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:34:17	X	TCL	4.417,06	8.834,12	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:20:54	SAMSUNG	SAMSUNG	4.417,06	8.834,12	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:00:08	AGRATTO	AGRATTO	4.417,06	8.834,12	Sim

0005 - Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas medias, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO CONVENCIONAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:29:28	FIBRA OTICA	MIKATOS / MIKATOS INDUSTRIA, COMÉRCIO E	5.200,00	26.000,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:15:02	ADULTO	DIASIST	5.000,00	25.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.813.876/0001-62	23/10/2020 - 14:30:44	LARINGOSCÓPIO	MD	5.249,95	26.249,75	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:34:55	X	MD	5.249,95	26.249,75	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:29:45	400RT-5L	MISSOURI	3.310,91	16.554,55	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:21:38	MD	MD	5.249,95	26.249,75	Não
STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.388.997/0001-15	23/10/2020 - 17:28:02	SM-322L7	Stra Medical/Scope Medical	5.249,95	26.249,75	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:47:54	CONVENCIONAL	JG MORIYA	5.232,00	26.160,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:00:51	PROTEC	PROTEC	5.249,95	26.249,75	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:28:26	LARINGOSCOPIO 9 LAMINAS	STRAMEDICAL	7.000,00	35.000,00	Sim

0006 - Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA

Nº0,Nº1,Nº2,Nº3,Nº4,Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2
EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:29:49	FIBRA OTICA	MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	5.200,00	26.000,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:15:34	INFANTIL	DIASIST	5.000,00	25.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:31:20	LARINGOSCÓPIO	MD	5.249,95	26.249,75	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:35:44	X	MD	5.249,95	26.249,75	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:31:18	402CRV.RT-5L	MISSOURI	3.216,36	16.081,80	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:22:28	MD	MD	5.249,95	26.249,75	Não
STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.388.997/0001-15	23/10/2020 - 17:28:20	SM-322L7	Stra Medical/Scope Medical	5.249,95	26.249,75	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:48:24	CONVENCIONAL	JG MORIYA	5.232,00	26.160,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:01:26	PROTEC	PROTEC	5.249,95	26.249,75	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:30:03	INFANTIL	STRAMEDICAL	5.000,00	25.000,00	Sim

0007 - Ambu Adulto Silicone com Reservatório. O AMBU é um reanimador manual de alta qualidade confeccionado em silicone e com reservatório, é utilizado para promover ventilação artificial ao usuário. Utilizado em casos de parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e demais problemas e doenças que envolvem a falta de ar e problemas para realizar a respiração de forma normal. Bastante utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, indispensável em uma UTI. Características Confeccionado em silicone; Modelo adulto; Possui reservatório.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:30:27	ADULTO	MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	470,00	2.350,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:15:55	ADULTO	PHARMATEX	400,00	2.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 16:32:42	ADULTO	MD	471,31	2.356,55	Não
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	23.015.239/0001-30	23/10/2020 - 14:16:13	REANIMADOR MANUAL ADULTO	MACROSUL	471,31	2.356,55	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:31:54	AMBU	PROTEC	471,31	2.356,55	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:36:37	X	JG MORIYA	471,31	2.356,55	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:32:46	320	MISSOURI	224,60	1.123,00	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:22:56	MD	MD	471,31	2.356,55	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:02:05	OXIGEL	OXIGEL	471,31	2.356,55	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:31:33	AMBU	STRAMEDICAL	1.000,00	5.000,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	28/10/2020 - 05:53:10	MIKATOS	MIKATOS	471,31	2.356,55	Sim

0008 - Detector fetal - Ausculta de batimentos cardíacos fetal por método de ultra-som; Ausculta cardio-fetal a partir da 10a semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintético; Botão

liga/desliga com regulagem de volume; Alimentação 02 baterias de 9volts cada; Frequencia 2,2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 10:42:10	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD	MACROSUL	2.000,00	4.000,00	Sim
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:30:58	JPD-100B	JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL	1.120,00	2.240,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:16:14	SONOLINE	CONTEC	1.000,00	2.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:41:15	FD200B	MD	1.121,57	2.243,14	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:32:17	FD200B	MD	1.121,57	2.243,14	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:37:07	X	MD	1.121,57	2.243,14	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:32:10	DF-7001 B	MEDPEJ	890,91	1.781,82	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:23:27	MEDPEJ	MEDPEJ	1.121,57	2.243,14	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:02:39	MD	MD	1.121,57	2.243,14	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:32:48	DIGITAL	MD	1.200,00	2.400,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:53:35	CONTEC	CONTEC	1.121,57	2.243,14	Sim

0009 - Seladora de Mesa com Guillotina- Automática- Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e B Aplicação grau cirúrgico. Controle de temperatura digital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:16:37	SELADORA	CRISTOFOLI	2.000,00	4.000,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 10:54:03	21769	CRISTÓFOLI	2.400,00	4.800,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:32:42	SELADORA	R BAIÃO	2.425,16	4.850,32	Sim
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:34:44	SEAL DIGITAL PLUS KIT 35 CM	AGIR	1.441,82	2.883,64	Não

0010 - COMPUTADOR. Processador Core™ i5 8ª geração-3330 3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ ; Memória: 1333MHz; Vídeo integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5" ; Mouse PS2 ; Teclado PS2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:33:03	ELITE 8300	GOLDENTEC	6.390,15	70.291,65	Sim
Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli EPP	08.060.934/0001-20	21/10/2020 - 15:33:35	GMI/LG	ATTIS WKS Intel® Core i22 i3-6100/19,5 1D	6.456,00	71.016,00	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:35:55	GOLDENTEC I5	GOLDENTEC	6.400,00	70.400,00	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	23/10/2020 - 10:44:01	GOLDENTEC i5/4GB	GOLDENTEC	6.456,00	71.016,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:33:20	E2023PWD/V530sf	AOC/LENOVO	6.456,11	71.017,21	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:39:28	X	JAB	6.456,11	71.017,21	Não
bd informática ltda	32.109.914/0001-81	23/10/2020 - 15:20:44	i5 9th	bd informatica/marca propria	6.450,00	70.950,00	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:24:02	GOLDENTEC	GOLDENTEC	6.456,11	71.017,21	Não

Fls.

0011 - Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pág/min; impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pag/mês; Hardware; Memória interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m² . Garantia mínima de 12 meses

C.P.L.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:34:14	HL1212W	BROTHER	2.787,28	30.660,08	Sim
Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli EPP	08.060.934/0001-20	21/10/2020 - 15:34:28	HL-L5102DW	BROTHER	2.816,00	30.976,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:21:53	L5102DW	BROTHER	2.816,12	30.977,32	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:35:40	LASER M04DW	HP	2.816,12	30.977,32	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	23/10/2020 - 14:35:52	HP 404	HP	2.800,00	30.800,00	Sim
bd informática ltda	32.109.914/0001-81	23/10/2020 - 15:28:52	MB2236ADW	xerox	2.800,00	30.800,00	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:24:42	HP	HP	2.816,12	30.977,32	Não
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	24/10/2020 - 11:08:26	L5102DW	BROTHER	2.816,00	30.976,00	Sim

0012 - Roteador de 3 antenas 300 mbps 2.4 e 5.8ghz. 1 portas WAN e 4 portas LAN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:34:48	DLINK SOW	DLINK	567,16	5.971,60	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:37:39	TP-LINK 300MBPS	TP-LINK	400,00	4.000,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:23:54	DIR819	D-LINK	573,21	5.732,10	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	23/10/2020 - 10:54:20	AC750	TP-LINK	573,00	5.730,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	23/10/2020 - 13:39:59	TP-LINK	TP-LINK	300,00	3.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:36:17	TL-WR840N	TP LINK	573,21	5.732,10	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:40:59	X	TENDA	573,21	5.732,10	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:25:19	TP-LINK	TP-LINK	573,21	5.732,10	Não

0013 - Swtich 16 portas não gerenciável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:35:52	TL-SG1016D	GIGABIT	1.025,43	10.254,30	Sim
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:38:44	TP-LINK 16 PTS	TP-LINK	1.500,00	15.000,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:25:03	SF1600Q+	INTELBRAS	1.036,88	10.368,80	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	24/10/2020 - 17:54:03	SG1016D	TP-LINK	1.036,00	10.360,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	23/10/2020 - 13:41:52	TP-LINK	TP-LINK	300,00	3.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:37:39	TL-SG1016D	TP LINK	1.036,88	10.368,80	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:41:24	X	TP LINK	1.036,88	10.368,80	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:25:50	TP-LINK	TP-LINK	1.036,88	10.368,80	Não
Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP	92.823.764/0001-03	24/10/2020 - 11:31:49	TL-SG1016D	TP-Link	1.036,88	10.368,80	Sim

0014 - No break 1200KVA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada;

autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:38:28	STATION III	SMS	1.550,03	17.050,33	Sim
Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli EPP	08.060.934/0001-20	21/10/2020 - 15:35:50	1200new orion	LACERDA	1.566,00	17.226,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:25:48	COMPACT PRO	TS SHARA	1.566,97	17.236,67	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	24/10/2020 - 17:55:18	1200KVA	INTELBRAS	1.566,00	17.226,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	23/10/2020 - 13:43:59	TS SHARA	TS SHARA	1.000,00	11.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:38:23	STATION II	SMS	1.566,97	17.236,67	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:41:49	X	RAGTECH	1.566,97	17.236,67	Não
bd informática Ltda	32.109.914/0001-81	23/10/2020 - 15:37:17	1400va	tsshara	1.560,00	17.160,00	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:27:19	APC	APC	1.566,97	17.236,67	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.581/0001-30	23/10/2020 - 17:49:20	UPS COMPACT PRO 1200VA	TS SHARA	1.561,00	17.171,00	Sim

0015 - Tablet 10 polegadas - Tablet 3g, Android 7.0, Dual Câmara, tela de 10 Polegadas, Quad Core. Memória Interna 16GB, Expansivo MicroSD Até 32GB, Câmera Frontal, Conexões 3G, Tamanho do Display 10 polegadas, cor preta, câmeras 5.1 MP, processador Quad Core, Bluetooth, GPS. Garantia de 12 meses do fabricante. Será utilizado um aplicativo (ESUS AB TERRITORIAL) que se integra às ações do Departamento de Atenção Básica na ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (eSF), e, de modo geral, das equipes de Atenção Básica. O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as atividades de cadastramento da Atenção Básica, assim como o registro das visitas domiciliares de forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil manejo de computadores ou

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	63.496.079/0001-03	14/10/2020 - 08:39:30	SM-T510N	SAMSUNG	2.889,23	17.335,38	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:27:00	SM T510	samsung	2.919,62	17.517,72	Sim
Windstar Computadores	10.553.199/0001-39	23/10/2020 - 11:11:05	TAB10	MULTILASER	2.919,00	17.514,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	23/10/2020 - 13:47:40	Samsung	Samsung	2.500,00	15.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:38:55	M9S	MULTILASER	2.919,62	17.517,72	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:42:47	X	MULTILASER	2.919,62	17.517,72	Não
bd informática Ltda	32.109.914/0001-81	23/10/2020 - 15:38:23	m10	multilaser	2.900,00	17.400,00	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:28:11	SAMSUNG	SAMSUNG	2.919,62	17.517,72	Não

0016 - CANETA DE ALTA ROTACAO: Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento da superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos de desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos; spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis; capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores; componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento; encaixe universal do tipo borden de dois furos; com rolamento de esferas de alta precisão, rotor balanceado; totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; rotação máxima de 380.000 rpm; consumo de ar 34 até 37 Ni/min; pressão de trabalho 2,1 a 2,3 bar fresas recomendadas; FG 19-26mm; sistema de retirada da fresa por meio

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:44:51	DX	DX	999,65	25.990,90	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:40:09	D700	ALLIAGE	999,65	25.990,90	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:43:16	X	DENTFLEX	999,65	25.990,90	Não



LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:38:55	S/M	DENTEMED	443,16	11.522,16	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:30:05	D700 ALLIAGE	D700 ALLIAGE	999,65	25.990,90	
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:05:11	DENSTCLER	DENSTCLER	999,65	25.990,90	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	23/10/2020 - 21:18:50	PRIMECX207-W-2	DENTEMED	999,00	25.974,00	Sim

0017 - CONTRA ÂNGULO: Contra ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital; spray único para refrigeração da área de tratamento; componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização, sem comprometer a qualidade e o rendimento dos instrumentos; sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento; adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação; encaixe universal intra que permite a troca rápida e segura de instrumentos; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torques mantendo baixos índices de ruído e ausência de vibração; transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom us

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:45:28	DX	DX	904,39	23.514,14	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:40:34	D700	ALLIAGE	904,39	23.514,14	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:43:37	X	DENTFLEX	904,39	23.514,14	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:40:27	S/M	DENTEMED	374,24	9.730,24	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:32:50	D700 ALLIAGE	D700 ALLIAGE	904,39	23.514,14	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:05:41	DENSTCLER	DENSTCLER	904,39	23.514,14	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	23/10/2020 - 21:19:57	CONTRA ANGULO PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO)	DENTEMED	904,00	23.504,00	Sim

0018 - MICRO MOTOR: Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção; spray interno ou seja ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento; encaixe universal borden de dois furos, fácil acoplamento em qualquer equipamento; anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor para fácil regulagem durante o uso; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruídos e ausência de vibração; sistema de encaixe rápido intramatic, permitindo a troca facilitada de instrumentos rotativos; componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 135°C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho; pressão de trabalho 2,2 bar; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom uso do aparelho. Embalagem individual lacrada pelo fabrican

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:46:09	DX	DX	990,03	25.740,78	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:40:59	micromotor	dentescler	990,03	25.740,78	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:44:02	X	DENTFLEX	990,03	25.740,78	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:41:03	S/M	DENTEMED	472,73	12.290,98	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:33:28	D700 ALLIAGE	D700 ALLIAGE	990,03	25.740,78	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:06:06	DENSTCLER	DENSTCLER	990,03	25.740,78	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	23/10/2020 - 21:20:43	MICROMOTOR PRIME CX235-3F	DENTEMED	990,00	25.740,00	Sim

0019 - Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 34 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.

(Handwritten marks and signatures)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0020 - Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:34:12	INCOTERM	INCOTERM	463,33	12.046,58	Não

0021 - Termômetro Máxima e Mínima Digital. Descrição do produto. Características do Produto. É um Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas. Temperatura Interna. Faixa de medição: -20°C a 50°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C. -50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/-2°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m. Aviso Importante: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:50:54	SH 102 - CÓD. 1587-3	J. PROLAB	155,67	4.670,10	Não
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:45:23	X	INCOTERM	155,67	4.670,10	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:34:57	INCOTERM	INCOTERM	155,67	4.670,10	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-80	23/10/2020 - 18:07:08	PRIME HEALTH	PRIME HEALTH	300,00	9.000,00	Sim

0022 - Gelo Rígido 500ml caixa 30 unidades - Os gelos rígidos são a solução ideal para transporte em baixas temperaturas. O gelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) e é comumente utilizado para conservação durante o transporte de medicamentos, mas pode ser utilizado para outras finalidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:35:30	TERMOGEL	TERMOGEL	346,67	1.040,01	Não

0023 - Lixeira Redonda de 30 Litros em Aço Inox com Pedal e Cesto removível - A Lixeira em inox de 30 litros é ideal, pois, são totalmente flexível, possui balde removível e pedal que facilita o manuseio, evitando assim o contato com as mãos. Por serem produzidas com aço inox as lixeiras são ideais para descarte de lixo orgânicos úmidos ou secos, pois o produto sofrerá menos corrosão que outros materiais durante o uso. Característica Lixeira de Aço Inox 30 Litros. Cesto com alça removível. Pedal com base emborrachada. Material: aço inox. Capacidade para 30 litros. Medida: Ø 29,5 x 63cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:46:26	X	RISCHIOTO	234,67	3.520,05	Não

0024 - Gaveteiro Organizador 3 Gavetas; O Gaveteiro é um produto prático e versátil. Com design moderno ele é ideal para organizar de forma funcional qualquer ambiente. Produzido em plástico resistente, possui três gavetas e rodinhas embutidas para facilitar a locomoção, além de muito espaço interno para guardar seus objetos. ESPECIFICAÇÕES: - 03 Gavetas; - Com Rodas; - Design Moderno e Arrojado; Características: - Dimensões do produto: (C x L x A) 40,5 x 31,5 x 50,5 cm; - Peso: 3,030 Kg; - Plástico de Alta Resistência

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:29:09	ÚTIL BAZAR	ÚTIL BAZAR	148,00	2.220,00	Sim

0025 - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3,12 LITROS COM ALCA TRANSPARENTE; Capacidade: 3,12L; Cor: transparente; Medidas: 286x205x93mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:30:19	ÚTIL BAZAR 04	ÚTIL BAZAR	28,00	840,00	Sim

0026 - Botijão de gás 13kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	----------------	-------------	-------------

C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:40:49	Nacional Gás	Nacional Gás	250,00	750,00	Sim
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	22/10/2020 - 11:31:08	ULTRAGAZ	ULTRAGAZ	260,00	780,00	Sim

0027 - Fogão 04 bocas, acendimento automático, bivolt, queimador rápido, capacidade de 58 litros, tipo de fogão a gás, com forno.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
C. H. SILVEIRA COSTA	07.304.475/0001-10	22/10/2020 - 08:45:22	ESMALTEC ÁGATA	ESMALTEC	850,00	850,00	Sim

0028 - Bomba de infusão - Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral. - BATERIA: Opção 1: POSSUI, - KVO: Opção 1: POSSUI, - ALARMES: Opção 1: POSSUI, - BOLUS: Opção 1: POSSUI, - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: Opção 1: POSSUI, - EQUIPO: Opção 1: DEDICADO, Opção 2: UNIVERSAL. Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:31:38	MN-101	HARTMANN / HARTMANN IND COM PRODS MEDICO	10.580,00	10.580,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:17:12	SP750	CONTEC	10.000,00	10.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:52:06	MP20	CELM	10.588,46	10.588,46	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:41:58	ST 550T2 PLUS	SAMTRONIC	10.588,46	10.588,46	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:47:09	X	MUNDI	10.588,46	10.588,46	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:42:11	BVS700	BIOSENSOR	10.181,82	10.181,82	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:36:01	MDKMED	MDKMED	10.588,46	10.588,46	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:50:16	BSV700	BIOSENSOR	10.564,00	10.564,00	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAI E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:49:19	BOMBA DE INFUSÃO	CENTER MEDICAL	30.000,00	30.000,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:54:14	MDKMED	MDKMED	10.588,46	10.588,46	Sim

0029 - Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Cinco Parâmetros Básicos - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. - TIPO/TAMANHO. Opção 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. Opção 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. Opção 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. Opção 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. Opção 1: POSSUI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:32:07	K-12	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	17.800,00	17.800,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:17:35	CMS8000	CONTEC	15.000,00	15.000,00	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:42:21	mx600	emai	17.817,77	17.817,77	Sim
MAGNA MÉDICA LTDA	05.922.811/0001-63	23/10/2020 - 14:54:55	SHENZHEN COMEN - STAR 8000E	SHENZHEN COMEN - STAR 8000E	17.800,00	17.800,00	Sim
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:43:52	S/M	EMAI	17.817,77	17.817,77	Não
R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	23/10/2020 - 15:58:34	RD12 5P	R&D MEDIQ/R&D MEDIQ	17.817,00	17.817,00	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:36:44	OLIDEF CZ	OLIDEF CZ	17.817,77	17.817,77	Não

1  

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:51:52	VITA 500e	ALFAMED	17.758,00	17.758,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:08:17	MEDMAX	MEDMAX	17.817,77	17.817,77	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:54:58	mx 500	mx	20.000,00	20.000,00	Sim
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	06.889.652/0001-05	26/10/2020 - 00:20:40	C12	Prolife	10.490,00	10.490,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:54:45	CONTEC	CONTEC	17.817,77	17.817,77	Sim

0030 - DETECTOR FETAL - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais, Detector Fetal, Sonar. Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: Opção: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. Opção: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 10:43:26	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD	MACROSUL	2.000,00	2.000,00	Sim
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-80	20/10/2020 - 16:32:46	JPD-100B	JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL	1.820,00	1.820,00	Não
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:52:57	FD200B	MD	1.826,13	1.826,13	Não
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	23.015.239/0001-30	23/10/2020 - 14:16:39	DETECTOR FETAL FD3000	MACROSUL	1.826,13	1.826,13	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:42:58	FD200B	MD	1.826,13	1.826,13	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:47:57	X	MD	1.826,13	1.826,13	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:44:25	FD200B	MD	774,78	774,78	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:37:08	MEDPEJ	MEDPEJ	1.826,13	1.826,13	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:08:53	MD	MD	1.826,13	1.826,13	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:56:38	PORTATIL	MD	2.000,00	2.000,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:55:07	CONTEC	CONTEC	1.826,13	1.826,13	Sim

0031 - CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 11:08:28	APARELHO DE ANESTESIA	KTK	281.611,80	281.611,80	Sim
EDILANE CARVALHO ARAUJO	12.710.916/0001-14	23/10/2020 - 13:16:29	TESIA 3000	NOVITECH EQUIP. MEDICOS LTDA	270.000,00	270.000,00	Não
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:50:24	X	KTK	281.611,89	281.611,89	Não
Dräger Indústria e Comércio Ltda	02.535.707/0001-28	23/10/2020 - 15:40:38	Fabius Plus XL	DRÄGER	103.956,64	103.956,64	Não

Comiss: **1370**
 FIS
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Aquecetuba

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 28.767.561/0001-30 23/10/2020 - 17:53:10 SAT 500 KTK INDUSTRIA 280.681,00 280.681,00

0032 - Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DEA/OXIMETRIA -POSSUI IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: POSSUI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:33:25	CARDIOMAX	INSTRAMED / INSTRAMED	55.000,00	55.000,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:18:04	MDF03BI	ECAFIX	45.000,00	45.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 16:01:20	VIVO	CMOS DRAKE	55.250,46	55.250,46	Não
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:50:53	X	CMOS DRAKE	55.250,46	55.250,46	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:39:32	CMOS DRAKE	CMOS DRAKE	55.250,46	55.250,46	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:54:06	VIVO	CMOS DRAKE	55.067,00	55.067,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 16:09:56	INSTRAMED	INSTRAMED	55.250,46	55.250,46	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 23:03:01	cardioversor	cardiomax	50.000,00	50.000,00	Sim

0033 - ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 11:10:12	ELETROCARDIOGRAFO	BIONET	14.001,51	14.001,51	Sim
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:33:51	SE	EDAN / EDAN	14.000,00	14.000,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:18:20	CMA	COMEN	10.000,00	10.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:58:06	CARDIOCARE 2000	BIONET	14.001,51	14.001,51	Não
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:44:19	CARDIOCARE2000	BIONET	14.001,51	14.001,51	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:51:15	X	BIONET	14.001,51	14.001,51	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:46:44	CARDIOCARE	BIONET	10.326,82	10.326,82	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:40:17	BIONET	BIONET	14.001,51	14.001,51	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:54:41	CARDIOCARE 2000	BIONET CO. LTD.	13.955,00	13.955,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:10:31	MD	MD	14.001,51	14.001,51	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 22:59:27	ELETROCARDIOGRAFO	ECAFIX	10.000,00	10.000,00	Sim
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	06.889.652/0001-05	26/10/2020 - 00:23:23	CM1200A	Comen	8.250,00	8.250,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:55:41	BIONET	BIONET	14.001,51	14.001,51	Sim

0034 - OTOSCÓPIO - Espéculo Otoscópico, Lanterna Otoscópica. FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	----------------	-------------	-------------

HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 11:12:40	OTOSCÓPIO MD	MACROSUL	1.500,00	3.000,00	Sim
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:34:19	RI-MINI	RIESTER / RUDOLF RIESTER GMBH	980,00	1.960,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:18:38	MINI	TARSE	700,00	1.400,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:58:52	OMNI 3000 LED	MD	983,21	1.966,42	Não
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	23.015.239/0001-30	23/10/2020 - 14:17:05	OTOSCÓPIO MARK II	MACROSUL	983,21	1.966,42	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:44:43	MARK II	MD	983,21	1.966,42	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:51:40	X	MD	983,21	1.966,42	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:47:28	OMNI 3000 LD	MD	903,05	1.806,10	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:41:03	MD	MD	983,21	1.966,42	Não
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:10:52	MD	MD	983,21	1.966,42	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 23:04:24	5 A 10 ESPECULOS	MIKATOS	1.000,00	2.000,00	Sim

0035 - OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 11:13:35	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	MACROSUL	4.900,00	14.700,00	Sim
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:34:47	SP-20 / ANVISA: 80901119001	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	4.400,00	13.200,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:18:58	CMS60	CONTEC	3.000,00	9.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 15:59:44	UT 100	MD	4.406,55	13.219,65	Não
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	23.015.239/0001-30	23/10/2020 - 14:17:24	MACROSUL	OXÍMETRO DE PULSO UT100/ SENSOR PEDIÁTRI	4.406,55	13.219,65	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:45:09	UT-100	MD	4.406,55	13.219,65	Sim
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:52:05	X	MD	4.406,55	13.219,65	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:49:46	UT-100	MD	3.235,91	9.707,73	Não
R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	23/10/2020 - 16:00:31	HANDY SAT TC	R&D MEDIQ/R&D MEDIQ	4.406,50	13.219,50	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:41:41	MOBIL	MOBIL	4.406,55	13.219,65	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:55:15	MD300M	JG MORIYA	4.391,00	13.173,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:11:39	MEDMAX	MEDMAX	4.406,55	13.219,65	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 23:05:32	INFANTIL	MOBIL	2.800,00	8.400,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:56:25	GENERAL MEDITECH	GENERAL MEDITECH	4.406,55	13.219,65	Sim

0036 - OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIRAN DE MEDEIROS	11.726.439/0001-12	19/10/2020 - 11:14:08	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	MACROSUL	4.900,00	14.700,00	Sim
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	20/10/2020 - 16:35:09	SP-20 / ANVISA: 80901119001	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	4.400,00	13.200,00	Não
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	21/10/2020 - 09:19:19	SP750	CONTEC	3.000,00	9.000,00	Sim
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	22/10/2020 - 16:00:25	UT 100	MD	4.406,55	13.219,65	Não
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	23.015.239/0001-30	23/10/2020 - 14:17:41	OXÍMETRO DE PULSO UT100	MACROSUL	4.406,55	13.219,65	Sim
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	33.613.876/0001-62	23/10/2020 - 14:45:32	UT-100	MD	4.406,55	13.219,65	Sim
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:51:17	UT-100	MD	3.235,91	9.707,73	Não
R & D Mediq Equipamentos Esvrçios Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	23/10/2020 - 16:00:28	HANDY SAT TC	R&D MEDIQ/R&D MEDIQ	4.406,50	13.219,50	Sim
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:42:24	MOBIL	MOBIL	4.406,55	13.219,65	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:55:44	MD300M	JG MORIYA	4.391,00	13.173,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	23/10/2020 - 18:12:22	MEDMAX	MEDMAX	4.406,55	13.219,65	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	25/10/2020 - 23:06:11	ADULTO	MOBIL	2.800,00	8.400,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	20.371.330/0001-09	26/10/2020 - 05:56:52	GENERAL MEDITECH	GENERAL MEDITECH	4.406,55	13.219,65	Sim

0037 - Estrutura Monobloco e fechamentos laterais e superiores em fibra de vidro com tanques em aço inoxidável; - Transporte do filme através de roletes acionados por intermédio de engrenagens de rosca sem fim; - Controle eletrônico automático liga/desliga (standy-by) independentes para cada função, regenerações automáticas ajustáveis, controle de entrada do filme sonoro e visual, bloqueio da água e reacionamento da processadora por introdução normal do filme no alimentador; - Recirculação do revelador e fixador por meio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador; - Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador. Dimensões: Comprimento: 99,7 cm; Largura: 61,4 cm; Altura: 45,0 cm; Peso Líquido: 80 kg; Capacidade dos Tanques: Revelador: 9,0 litros; Fixador: 9,0 litros; Água: 9,0 litros; Capacidade de Produção: 120 seg. seco a seco; 160 filmes (24x30) cm/hora 200 filmes diversos/hora; Velocidade de Transporte: 1,4 cm/seg. Temperatura de Operação: Revelador: 31°C

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	23/10/2020 - 14:52:31	X	MACROTEC	35.230,00	35.230,00	Não
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	03.183.450/0001-55	23/10/2020 - 15:52:32	RM-1	RNEW	34.543,64	34.543,64	Não
Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda	09.485.574/0001-71	23/10/2020 - 16:47:29	LOTUS	LOTUS	35.230,00	35.230,00	Não
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	23/10/2020 - 17:56:20	RM-1	RNEW	35.113,00	35.113,00	Sim


Lances Enviados

0001 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm; Dimensões Externas (AxLxP): 51 x 60 x 77 cm; Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3; Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm; Peso Líquido do Equipamento: 65 kg; Tensão (Volts): 220 V; Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável AISI 304 polido com acabamento sanitário e revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não

transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável AISI 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inox

Data	Valor	CNPJ
25/10/2020 - 22:20:55	12.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
22/10/2020 - 15:28:22	11.907,21 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:28:00	11.907,21 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:30:50	11.907,21 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:17:45	11.907,21 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 17:58:34	11.907,21 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 17:47:17	11.867,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:17:48	11.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:18:16	11.499,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:18:57	11.498,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:19:35	11.497,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:20:03	11.495,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:20:16	11.400,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:20:41	11.399,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:21:11	11.300,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:21:28	11.299,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:21:42	11.290,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:21:47	11.250,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:22:03	11.249,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:22:17	11.200,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:22:37	11.199,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:23:14	11.000,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:23:42	10.900,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:23:51	10.999,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:24:13	10.899,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:24:29	10.800,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:24:32	10.898,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:24:53	10.795,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:24:57	10.700,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:26:02	10.750,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:25:13	11.655,50	07.029.483/0001-04
26/10/2020 - 08:25:14	10.699,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:25:21	10.600,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:25:28	10.500,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:25:37	10.498,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:25:47	10.500,01	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:25:57	10.400,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:26:12	10.259,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:26:42	10.200,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:27:00	10.198,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:27:26	10.190,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:27:50	10.189,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:28:13	10.180,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:28:23	10.175,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:28:33	10.170,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:28:49	10.165,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:29:45	10.160,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:29:59	10.164,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:30:04	10.130,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:30:30	10.100,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:30:50	10.000,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:31:32	9.990,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:31:43	9.000,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:31:51	9.989,00	28.767.561/0001-30

26/10/2020 - 08:32:18	8.950,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:32:21	8.999,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:32:29	8.940,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:32:46	8.930,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:32:55	8.800,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:33:09	8.750,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:33:17	8.700,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:33:34	8.695,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:33:49	8.599,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:33:56	8.690,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:34:04	8.500,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:34:10	8.685,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:34:18	8.450,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:35:41	8.449,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:36:52	8.250,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:36:01	8.200,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:36:39	8.150,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:36:59	8.149,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:37:16	8.100,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:37:34	8.050,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:37:49	8.000,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:37:59	7.990,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:38:33	7.950,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:38:44	7.940,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:39:03	7.930,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:39:31	7.920,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:39:50	7.910,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:40:07	7.900,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:40:18	7.895,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:40:37	7.890,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:40:55	7.850,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:41:24	7.800,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:41:45	7.790,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:42:06	7.780,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:42:24	7.770,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:43:04	7.760,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:44:02	7.740,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:44:32	7.730,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:44:53	7.720,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:45:24	7.710,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:46:13	7.700,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:46:30	7.690,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:47:14	7.680,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:47:42	7.620,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:48:03	7.610,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:48:27	7.609,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:48:35	7.600,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:48:46	7.550,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:49:03	7.540,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:49:42	7.500,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:50:02	7.490,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:50:34	7.450,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:50:49	7.440,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:51:11	7.432,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:51:21	7.430,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 08:51:54	7.400,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:52:21	7.390,00	09.210.219/0001-90






0002 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 9.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 10:51:23	2.737,52 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:28:31	2.737,52 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:32:41	2.737,52 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:19:45	2.737,52 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 17:59:17	2.737,52 (proposta)	09.210.219/0001-80
23/10/2020 - 10:33:38	2.737,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
14/10/2020 - 08:28:22	2.709,08 (proposta)	63.496.079/0001-03
21/10/2020 - 15:31:42	2.700,00 (proposta)	08.060.934/0001-20
22/10/2020 - 08:30:58	2.700,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
26/10/2020 - 08:17:55	2.600,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:18:03	2.690,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:18:24	2.550,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:18:28	2.590,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:18:47	2.540,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:19:24	2.500,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:19:53	2.490,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:20:23	2.400,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:20:28	2.450,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:20:45	2.390,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:21:19	2.300,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:21:35	2.260,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:21:55	2.200,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:22:15	2.180,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:22:19	2.100,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:22:30	2.000,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 08:22:43	1.980,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:23:20	1.800,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:23:39	1.790,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:23:49	1.700,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:25:01	1.650,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:25:11	1.690,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:26:29	1.813,00	09.485.574/0001-71

0003 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 10:51:54	3.042,21 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:29:32	3.042,21 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:33:36	3.042,21 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:20:20	3.042,21 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 17:59:46	3.042,21 (proposta)	09.210.219/0001-80
23/10/2020 - 10:36:27	3.042,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
14/10/2020 - 08:29:23	3.010,97 (proposta)	63.496.079/0001-03
21/10/2020 - 15:32:31	3.000,00 (proposta)	08.060.934/0001-20
22/10/2020 - 08:31:59	3.000,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
26/10/2020 - 08:18:01	2.900,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:18:40	2.890,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:18:43	2.850,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:18:54	2.840,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:19:47	2.810,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:20:00	2.800,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:20:31	2.700,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:20:51	2.680,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:21:01	2.650,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:21:24	2.600,00	33.613.876/0001-62

26/10/2020 - 08:21:42	2.570,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:22:00	2.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:22:04	2.550,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:22:28	2.450,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:22:38	2.400,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:22:48	2.200,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 08:22:51	2.350,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:23:00	2.180,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:23:03	2.150,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:23:13	2.100,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:23:28	2.000,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:23:48	1.990,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:24:01	1.950,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:24:10	1.900,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:24:40	1.899,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:25:15	1.850,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:26:39	2.074,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 08:28:13	1.848,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:30:00	1.840,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:31:28	1.838,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:32:04	1.830,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:33:53	1.827,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:35:49	1.825,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:37:47	1.820,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:39:43	1.815,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:41:42	1.800,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:43:38	1.798,00	10.553.199/0001-39



0004 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 10:52:56	4.417,06 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:30:19	4.417,06 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:34:17	4.417,06 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:20:54	4.417,06 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:00:08	4.417,06 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 10:38:31	4.417,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
21/10/2020 - 15:33:03	4.400,00 (proposta)	08.060.934/0001-20
22/10/2020 - 08:33:35	4.400,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
14/10/2020 - 08:30:57	4.371,95 (proposta)	63.496.079/0001-03
26/10/2020 - 08:18:06	4.300,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:18:58	4.250,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:19:03	4.290,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:19:11	4.200,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:20:10	4.189,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:20:35	4.150,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:20:40	4.100,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:20:59	4.000,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:21:37	3.900,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:21:49	3.800,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:21:52	3.850,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:22:06	3.700,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:22:35	3.500,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:22:54	3.450,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:23:06	3.400,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:23:38	3.100,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:24:08	3.000,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:24:20	2.900,00	08.060.934/0001-20

J




26/10/2020 - 08:24:47	2.850,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:24:53	2.999,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:25:07	2.800,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:25:33	2.750,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 08:26:11	2.700,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 08:26:56	3.499,00	09.485.574/0001-71

0005 - Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas medias, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO CONVENCIONAL

Data	Valor	CNPJ
25/10/2020 - 22:28:26	7.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
23/10/2020 - 14:30:44	5.249,95 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:34:55	5.249,95 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:21:38	5.249,95 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 17:28:02	5.249,95 (proposta)	11.388.997/0001-15
23/10/2020 - 18:00:51	5.249,95 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 17:47:54	5.232,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
20/10/2020 - 16:28:28	5.200,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
21/10/2020 - 09:15:02	5.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
23/10/2020 - 15:29:45	3.310,91 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:45:01	3.300,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:45:26	3.999,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:45:45	3.299,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 08:45:59	3.035,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:46:14	3.250,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:46:39	3.000,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:46:50	2.950,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:46:58	2.900,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:47:36	2.992,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 08:47:51	2.850,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:51:00	2.849,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:51:38	2.820,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:52:40	2.800,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:52:57	2.750,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:53:16	2.700,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:53:37	2.800,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:53:54	2.300,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:53:58	2.400,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 08:54:05	2.250,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:54:11	1.880,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 08:54:24	1.850,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:54:44	1.600,00	11.388.997/0001-15

0006 - Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 14:31:20	5.249,95 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:35:44	5.249,95 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:22:28	5.249,95 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 17:28:20	5.249,95 (proposta)	11.388.997/0001-15
23/10/2020 - 18:01:26	5.249,95 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 17:48:24	5.232,00 (proposta)	28.767.561/0001-30

20/10/2020 - 16:29:49	5.200,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
21/10/2020 - 09:15:34	5.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
25/10/2020 - 22:30:03	5.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
23/10/2020 - 15:31:18	3.216,36 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:45:09	3.200,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:45:36	3.999,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:45:55	3.000,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:46:12	2.992,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 08:46:22	2.950,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:46:44	2.948,33	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:47:00	2.925,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:47:06	2.900,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:47:59	2.850,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:51:08	2.849,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:51:45	2.820,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:52:43	2.800,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:53:04	2.750,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:53:18	2.700,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:53:44	2.600,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:54:00	2.300,00	11.388.997/0001-15
26/10/2020 - 08:54:12	2.250,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:54:16	1.880,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 08:54:33	1.850,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 08:54:46	1.600,00	11.388.997/0001-15

0007 - Ambu Adulto Silicone com Reservatório. O AMBU é um reanimador manual de alta qualidade confeccionado em silicone e com reservatório, é utilizado para promover ventilação artificial ao usuário. Utilizado em casos de parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e demais problemas e doenças que envolvem a falta de ar e problemas para realizar a respiração de forma normal. Bastante utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, indispensável em uma UTI. Características Confeccionado em silicone; Modelo adulto; Possui reservatório.

Data	Valor	CNPJ
25/10/2020 - 22:31:33	1.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
22/10/2020 - 15:32:42	471,31 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:16:13	471,31 (proposta)	23.015.239/0001-30
23/10/2020 - 14:31:54	471,31 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:36:37	471,31 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:22:56	471,31 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:02:05	471,31 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:53:10	471,31 (proposta)	20.371.330/0001-09
20/10/2020 - 16:30:27	470,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
21/10/2020 - 09:15:55	400,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
23/10/2020 - 15:32:46	224,60 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:55:16	220,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:55:30	205,88	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:56:00	200,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:56:32	190,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 08:57:27	289,45	23.015.239/0001-30
26/10/2020 - 09:01:28	232,47	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:03:01	180,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:03:39	175,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:04:17	165,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:04:36	199,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:05:01	196,30	07.029.483/0001-04

0008 - Detector fetal - Ausculta de batimentos cardíacos fetal por método de ultra-som; Ausculta cardio-fetal a partir da 10a semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintético; Botão liga/desliga com regulagem de volume; Alimentação 02 baterias de 9volts cada; Frequencia 2,2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.

Data	Valor	CNPJ
------	-------	------

19/10/2020 - 10:42:10	2.000,00 (proposta)	11.726.439/0001-12
25/10/2020 - 22:32:48	1.200,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
22/10/2020 - 15:41:15	1.121,57 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:32:17	1.121,57 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:37:07	1.121,57 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:23:27	1.121,57 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:02:39	1.121,57 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:53:35	1.121,57 (proposta)	20.371.330/0001-09
20/10/2020 - 16:30:58	1.120,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
21/10/2020 - 09:16:14	1.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
23/10/2020 - 15:32:10	890,91 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:55:28	850,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:55:44	830,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:56:07	800,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 08:56:19	799,00	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 08:56:52	750,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 08:57:56	840,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:00:57	749,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:01:14	680,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 09:01:28	1.168,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 09:01:43	678,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:02:45	677,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 09:02:52	677,99	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:02:58	640,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:03:09	676,99	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:03:19	639,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 09:03:48	630,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:04:01	629,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 09:04:27	580,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:04:36	620,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:04:53	550,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:05:04	540,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:05:19	530,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:05:40	767,05	07.029.483/0001-04
26/10/2020 - 09:05:53	500,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:06:03	520,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:06:09	490,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:06:33	466,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:06:48	605,25	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:07:23	499,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:07:30	460,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:08:04	435,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 09:08:27	430,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 09:08:59	409,00	07.626.776/0001-60

0009 - Seladora de Mesa com Guillhotina- Automática- Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e B Aplicação grau cirúrgico. Controle de temperatura digital.


Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 14:32:42	2.425,16 (proposta)	33.613.876/0001-62
22/10/2020 - 10:54:03	2.400,00 (proposta)	12.633.952/0001-21
21/10/2020 - 09:16:37	2.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
23/10/2020 - 15:34:44	1.441,82 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 08:58:45	1.440,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 08:59:10	1.400,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 08:59:54	1.321,67	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:00:04	1.320,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:01:20	1.200,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 09:01:36	1.199,00	12.633.952/0001-21

26/10/2020 - 09:05:00	1.150,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:05:30	1.145,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:07:30	1.100,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:07:41	1.090,00	12.633.952/0001-21

0010 - COMPUTADOR. Processador Core™ i5 8ª geração-3330 3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ ; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Audio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5" ; Mouse PS2 ; Teclado PS2

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 14:33:20	6.456,11 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:39:28	6.456,11 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:24:02	6.456,11 (proposta)	09.485.574/0001-71
21/10/2020 - 15:33:35	6.456,00 (proposta)	08.060.934/0001-20
23/10/2020 - 10:44:01	6.456,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
23/10/2020 - 15:20:44	6.450,00 (proposta)	32.109.914/0001-81
22/10/2020 - 08:35:55	6.400,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
14/10/2020 - 08:33:03	6.390,15 (proposta)	63.498.079/0001-03
26/10/2020 - 08:58:17	6.350,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:01:13	6.320,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:02:06	6.300,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:03:04	6.288,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:03:32	6.250,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:04:18	6.230,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:05:10	6.200,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:05:53	6.150,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:06:07	6.100,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:06:27	6.050,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:06:50	6.020,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:07:04	6.010,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:07:14	6.990,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:07:40	5.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:07:51	5.985,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:08:06	5.490,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:08:12	5.480,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:08:18	5.400,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:08:34	5.390,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:09:02	5.300,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:09:08	5.380,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:09:20	5.290,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:09:33	5.200,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:09:55	5.190,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:09:59	5.150,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:10:08	5.000,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:10:26	4.995,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:10:37	4.950,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:10:51	4.940,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:10:54	4.930,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:11:14	4.920,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:11:27	4.900,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:11:46	4.890,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:11:57	4.880,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:12:25	4.390,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:12:44	4.439,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:12:55	4.350,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:14:01	4.420,00	05.199.870/0001-55



0011 - Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pág/min; impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pág/mês; Hardware; Memória interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m². Garantia mínima de 12 meses

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:21:53	2.816,12 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:35:40	2.816,12 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 16:24:42	2.816,12 (proposta)	09.485.574/0001-71
21/10/2020 - 15:34:28	2.816,00 (proposta)	08.060.934/0001-20
24/10/2020 - 11:08:26	2.816,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
23/10/2020 - 14:35:52	2.800,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
23/10/2020 - 15:28:52	2.800,00 (proposta)	32.109.914/0001-81
14/10/2020 - 08:34:14	2.787,28 (proposta)	63.496.079/0001-03
26/10/2020 - 09:13:52	2.700,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:16:46	2.650,00	32.109.914/0001-81
26/10/2020 - 09:17:31	2.600,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:17:46	2.300,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:18:30	2.250,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:19:18	2.200,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:21:06	2.190,00	12.633.952/0001-21

0012 - Roteador de 3 antenas 300 mbps 2.4 e 5.8ghrz. 1 portas WAN e 4 portas LAN

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:23:54	573,21 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:36:17	573,21 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:40:59	573,21 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:25:19	573,21 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 10:54:20	573,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
14/10/2020 - 08:34:48	567,16 (proposta)	63.496.079/0001-03
22/10/2020 - 08:37:39	400,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
23/10/2020 - 13:39:59	300,00 (proposta)	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:13:39	300,95	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:14:00	290,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:18:02	240,00	33.613.876/0001-62

0013 - Swtich 16 portas não gerenciável.

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 08:38:44	1.500,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
22/10/2020 - 11:25:03	1.036,88 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:37:39	1.036,88 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:41:24	1.036,88 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:25:50	1.036,88 (proposta)	09.485.574/0001-71
24/10/2020 - 11:31:49	1.036,88 (proposta)	92.823.764/0001-03
24/10/2020 - 17:54:03	1.036,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
14/10/2020 - 08:35:52	1.025,43 (proposta)	63.496.079/0001-03
23/10/2020 - 13:41:52	300,00 (proposta)	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:13:55	307,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:14:18	295,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:15:43	346,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:18:10	690,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:18:56	290,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:19:57	280,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:21:14	278,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:21:58	275,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:23:14	270,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:23:43	265,00	10.553.199/0001-39

0014 - No break 1200KVA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com combinação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:26:48	1.566,97 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:38:23	1.566,97 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:41:49	1.566,97 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:27:19	1.566,97 (proposta)	09.485.574/0001-71
21/10/2020 - 15:35:50	1.566,00 (proposta)	08.060.934/0001-20
24/10/2020 - 17:55:18	1.566,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
23/10/2020 - 17:49:20	1.561,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 16:37:17	1.560,00 (proposta)	32.109.914/0001-81
14/10/2020 - 08:38:28	1.550,03 (proposta)	63.496.079/0001-03
23/10/2020 - 13:43:59	1.000,00 (proposta)	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:17:55	1.012,46	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 08:18:21	799,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:18:51	750,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 09:19:12	740,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:20:57	730,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 09:22:11	729,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 09:23:47	728,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 09:24:18	720,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 09:24:47	719,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 09:26:54	710,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 09:27:22	705,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 09:27:29	700,00	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:27:51	690,00	08.060.934/0001-20
26/10/2020 - 09:29:48	685,00	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:30:00	680,00	08.060.934/0001-20

0015 - Tablet 10 polegadas - Tablet 3g, Android 7.0, Dual Câmara, tela de 10 Polegadas, Quad Core.Memória Interna 16GB, Expansivo MicroSD Até 32GB, Câmara Frontal, Conxões 3G, Tamanho do Display 10 polegadas, cor preta, câmeras 5.1 MP, processador Quad Core, Bluetooth, GPS. Garantia de 12 meses do fabricante. Será utilizado um aplicativo (ESUS AB TERRITORIAL) que se integra às ações do Departamento de Atenção Básica na ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (eSF), e, de modo geral, das equipes de Atenção Básica. O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as atividades de cadastramento da Atenção Básica, assim como o registro das visitas domiciliares de forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil manejo de computadores ou

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:27:00	2.919,62 (proposta)	12.633.952/0001-21
23/10/2020 - 14:38:55	2.919,62 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:42:47	2.919,62 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:28:11	2.919,62 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 11:11:05	2.919,00 (proposta)	10.553.199/0001-39
23/10/2020 - 15:38:23	2.900,00 (proposta)	32.109.914/0001-81
14/10/2020 - 08:39:30	2.889,23 (proposta)	63.496.079/0001-03
23/10/2020 - 13:47:40	2.500,00 (proposta)	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:18:10	2.510,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:18:32	1.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:19:28	1.450,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:20:41	1.900,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:23:59	1.300,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:24:23	1.280,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:25:17	1.200,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:25:49	1.190,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:26:21	1.180,00	05.199.870/0001-55

26/10/2020 - 09:26:48	1.100,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:27:13	1.090,00	10.553.199/0001-39
26/10/2020 - 09:27:25	999,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:27:41	1.750,00	07.055.987/0001-90
26/10/2020 - 09:29:32	998,00	32.109.914/0001-81
26/10/2020 - 09:30:43	997,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:31:18	996,00	32.109.914/0001-81
26/10/2020 - 09:31:41	995,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:31:52	990,00	32.109.914/0001-81

0016 - CANETA DE ALTA ROTACAO: Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento da superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos de desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos; spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis; capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores; componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento; encaixe universal do tipo borden de dois furos; com rolamento de esferas de alta precisão, rotor balanceado; totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; rotação máxima de 380.000 rpm; consumo de ar 34 até 37 NI/min; pressão de trabalho 2,1 a 2,3 bar fresas recomendadas; FG 19-26mm; sistema de retirada da fresa por meio

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 15:44:51	999,65 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:40:09	999,65 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:43:16	999,65 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:30:05	999,65 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:05:11	999,65 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 21:18:50	999,00 (proposta)	09.560.267/0001-08
23/10/2020 - 15:38:55	443,16 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:26:47	520,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:26:57	790,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:29:07	440,00	09.560.267/0001-08
26/10/2020 - 09:32:35	406,23	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:33:31	380,00	09.560.267/0001-08
26/10/2020 - 09:36:22	320,00	09.560.267/0001-08
26/10/2020 - 09:36:29	791,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:36:46	495,00	07.029.483/0001-04

0017 - CONTRA ÂNGULO: Contra ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital; spray único para refrigeração da área de tratamento; componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização, sem comprometer a qualidade e o rendimento dos instrumentos; sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento; adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação; encaixe universal intra que permite a troca rápida e segura de instrumentos; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torques mantendo baixos índices de ruído e ausência de vibração; transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom us

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 15:45:28	904,39 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:40:34	904,39 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:43:37	904,39 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:32:50	904,39 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:05:41	904,39 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 21:19:57	904,00 (proposta)	09.560.267/0001-08
23/10/2020 - 15:40:27	374,24 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:27:03	550,78	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:27:06	790,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:29:30	370,00	09.560.267/0001-08
26/10/2020 - 09:32:48	343,05	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:33:53	310,00	09.560.267/0001-08

0018 - MICRO MOTOR: Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção; spray interno ou seja ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento; encaixe universal borden de dois furos, fácil acoplamento em qualquer equipamento; anel regulador de rotações e sentido de giro

disposto no corpo do motor para fácil regulagem durante o uso; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruídos e ausência de vibração; sistema de encaixe rápido intramatic, permitindo a troca facilitada de instrumentos rotativos; componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 135°C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho; pressão de trabalho 2,2 bar; identificação do instrumento gravada a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom uso do aparelho. Embalagem individual lacrada pelo fabricante

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 15:48:09	990,03 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:40:59	990,03 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:44:02	990,03 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:33:26	990,03 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:06:06	990,03 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 21:20:43	990,00 (proposta)	09.560.267/0001-08
23/10/2020 - 15:41:03	472,73 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:27:12	790,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 09:27:20	550,78	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:31:51	470,00	09.560.267/0001-08
26/10/2020 - 09:32:59	433,33	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 09:34:02	400,00	09.560.267/0001-08

0020 - Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requerem temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 16:34:12	463,33 (proposta)	09.485.574/0001-71

0021 - Termômetro Máxima e Mínima Digital. Descrição do produto. Características do Produto. É um Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas. Temperatura Interna. Faixa de medição: -20°C a 50°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C. -50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/-2°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m. Aviso Importante: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 18:07:08	300,00 (proposta)	09.210.219/0001-90
22/10/2020 - 15:50:54	155,67 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:45:23	155,67 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:34:57	155,67 (proposta)	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:39:08	154,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:39:19	152,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 09:39:47	151,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 09:42:44	99,00	07.029.483/0001-04
26/10/2020 - 09:44:47	130,00	05.199.870/0001-55

0022 - Gelo Rígido 500ml caixa 30 unidades - Os gelos rígidos são a solução ideal para transporte em baixas temperaturas. O gelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) e é comumente utilizado para conservação durante o transporte de medicamentos, mas pode ser utilizado para outras finalidades.

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 16:35:30	346,67 (proposta)	09.485.574/0001-71

0023 - Lixeira Redonda de 30 Litros em Aço Inox com Pedal e Cesto removível - A Lixeira em inox de 30 litros é ideal, pois, são totalmente flexível, possui balde removível e pedal que facilita o manuseio, evitando assim o contato com as mãos. Por serem produzidas com aço inox as lixeiras são ideais para descarte de lixo orgânicos úmidos ou secos, pois o produto sofrerá menos corrosão que outros materiais durante o uso. Característica Lixeira de Aço Inox 30 Litros. Cesto com alça removível. Pedal com base emborrachada. Material: aço inox. Capacidade para 30 litros. Medida: Ø 29,5 x 63cm

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 14:46:26	234,67 (proposta)	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 10:44:18	234,65	05.199.870/0001-55

0024 - Gaveteiro Organizador 3 Gavetas; O Gaveteiro é um produto prático e versátil. Com design moderno ele é ideal para organizar de forma funcional qualquer ambiente. Produzido em plástico resistente, possui três gavetas e rodinhas embutidas para facilitar a locomoção, além de muito espaço interno para guardar seus objetos. ESPECIFICAÇÕES: - 03 Gavetas; - Com Rodas; - Design Moderno e Arrojado; Características: - Dimensões do produto: (C x L x A) 40,5 x 31,5 x 50,5 cm; - Peso: 3,030 Kg; - Plástico de Alta Resistência

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:29:09	148,00 (proposta)	12.633.952/0001-21

0025 - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3,12 LITROS COM ALCA TRANSPARENTE; Capacidade: 3,12L; Cor: transparente; Medidas: 286x205x93mm

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:30:19	28,00 (proposta)	12.633.952/0001-21

0026 - Botijão de gás 13kg

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 11:31:08	260,00 (proposta)	12.633.952/0001-21
22/10/2020 - 08:40:49	250,00 (proposta)	07.304.475/0001-10
26/10/2020 - 09:49:35	249,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:50:48	245,00	07.304.475/0001-10
26/10/2020 - 09:51:36	244,00	12.633.952/0001-21
26/10/2020 - 09:58:14	243,00	07.304.475/0001-10

0027 - Fogão 04 bocas, acendimento automático, bivolt, queimador rápido, capacidade de 58 litros, tipo de fogão a gás, com forno.

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 08:45:22	850,00 (proposta)	07.304.475/0001-10

0028 - Bomba de infusão - Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral. - BATERIA: Opção 1: POSSUI, - KVO: Opção 1: POSSUI, - ALARMES: Opção 1: POSSUI, - BOLUS: Opção 1: POSSUI, - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: Opção 1: POSSUI, - EQUIPO: Opção 1: DEDICADO, Opção 2: UNIVERSAL. Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosas.

Data	Valor	CNPJ
25/10/2020 - 22:49:19	30.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
22/10/2020 - 15:52:06	10.588,46 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:41:58	10.588,46 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:47:09	10.588,46 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:36:01	10.588,46 (proposta)	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 05:54:14	10.588,46 (proposta)	20.371.330/0001-09
20/10/2020 - 16:31:38	10.580,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 17:50:16	10.564,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 15:42:11	10.181,82 (proposta)	03.183.450/0001-55
21/10/2020 - 09:17:12	10.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 09:59:51	9.800,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:00:09	9.780,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:00:22	9.700,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:01:11	9.650,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:01:19	9.600,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:02:29	8.000,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:02:33	9.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:02:45	8.500,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:03:13	8.500,01	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:03:34	7.900,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:03:45	9.000,00	05.199.870/0001-55
26/10/2020 - 10:04:17	7.880,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:05:00	7.500,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:05:24	7.430,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:05:40	6.500,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:06:15	6.400,00	20.371.330/0001-09

26/10/2020 - 10:06:21	6.000,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:06:48	5.900,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:07:04	5.500,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:08:27	5.550,00	07.029.483/0001-04
26/10/2020 - 10:08:36	7.200,00	07.626.776/0001-60

0029 - Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Cinco Parâmetros Básicos - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. - TIPO/TAMANHO. Opção 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. Opção 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. Opção 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. Opção 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. Opção 1: POSSUI

Data	Valor	CNPJ
25/10/2020 - 22:54:58	20.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
23/10/2020 - 14:42:21	17.817,77 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 15:43:52	17.817,77 (proposta)	03.183.450/0001-55
23/10/2020 - 16:36:44	17.817,77 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:08:17	17.817,77 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:54:45	17.817,77 (proposta)	20.371.330/0001-09
23/10/2020 - 15:58:34	17.817,00 (proposta)	01.212.769/0001-07
20/10/2020 - 16:32:07	17.800,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 14:54:55	17.800,00 (proposta)	05.922.811/0001-63
23/10/2020 - 17:51:52	17.758,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
21/10/2020 - 09:17:35	15.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 00:20:40	10.490,00 (proposta)	06.889.652/0001-05
26/10/2020 - 09:59:59	10.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:00:24	16.725,88	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:00:27	10.480,00	05.922.811/0001-63
26/10/2020 - 10:01:32	8.000,00	06.889.652/0001-05
26/10/2020 - 10:02:35	12.000,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:03:14	7.950,00	05.922.811/0001-63
26/10/2020 - 10:04:10	10.300,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:05:36	7.900,00	06.889.652/0001-05
26/10/2020 - 10:07:28	7.890,00	05.922.811/0001-63
26/10/2020 - 10:07:41	14.420,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:08:10	7.514,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:08:33	7.300,00	05.922.811/0001-63
26/10/2020 - 10:08:42	6.800,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:08:47	7.310,00	06.889.652/0001-05
26/10/2020 - 10:08:56	6.600,00	05.922.811/0001-63
26/10/2020 - 10:10:04	6.000,00	07.626.776/0001-60

0030 - DETECTOR FETAL - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais, Detector Fetal, Sonar. Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: Opção: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. Opção: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

Data	Valor	CNPJ
19/10/2020 - 10:43:26	2.000,00 (proposta)	11.726.439/0001-12
25/10/2020 - 22:56:38	2.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
22/10/2020 - 15:52:57	1.826,13 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:16:39	1.826,13 (proposta)	23.015.239/0001-30
23/10/2020 - 14:42:58	1.826,13 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:47:57	1.826,13 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:37:08	1.826,13 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:08:53	1.826,13 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:55:07	1.826,13 (proposta)	20.371.330/0001-09
20/10/2020 - 16:32:46	1.820,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 15:44:25	774,78 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:00:13	1.290,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:00:29	882,63	23.015.239/0001-30

26/10/2020 - 10:00:37	1.810,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:00:41	919,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:01:54	770,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:02:37	1.289,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:05:03	733,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:05:33	730,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:07:39	690,00	07.626.776/0001-80
26/10/2020 - 10:08:04	680,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:08:14	600,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:08:45	590,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:08:50	767,00	07.029.483/0001-04
26/10/2020 - 10:09:17	561,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:09:29	560,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:10:21	530,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:10:47	520,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:11:01	450,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:11:22	430,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:11:35	405,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:11:52	400,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:12:18	380,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:12:43	370,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:13:27	350,00	07.626.776/0001-60

0031 - CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 14:50:24	281.611,89 (proposta)	05.199.870/0001-55
19/10/2020 - 11:08:28	281.611,80 (proposta)	11.726.439/0001-12
23/10/2020 - 17:53:10	280.681,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 13:16:29	270.000,00 (proposta)	12.710.916/0001-14
23/10/2020 - 15:40:38	103.956,64 (proposta)	02.535.707/0001-28
26/10/2020 - 10:10:45	269.999,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:15:54	98.500,00	12.710.916/0001-14
26/10/2020 - 10:16:44	93.476,50	02.535.707/0001-28
26/10/2020 - 10:18:39	102.900,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:18:54	86.500,00	12.710.916/0001-14
26/10/2020 - 10:19:12	88.315,00	02.535.707/0001-28
26/10/2020 - 10:20:45	83.500,00	12.710.916/0001-14

0032 - Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DEA/OXIMETRIA -POSSUI IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: POSSUI

Data	Valor	CNPJ
22/10/2020 - 16:01:20	55.250,46 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:50:53	55.250,46 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:39:32	55.250,46 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:09:56	55.250,46 (proposta)	09.210.219/0001-90
23/10/2020 - 17:54:06	55.067,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
20/10/2020 - 16:33:26	55.000,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
25/10/2020 - 23:03:01	50.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
21/10/2020 - 09:18:04	45.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:11:27	44.800,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:11:49	40.000,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:13:18	38.900,00	09.485.574/0001-71



26/10/2020 - 10:15:24	38.000,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:15:51	37.600,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:17:13	37.500,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:17:36	35.500,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:17:52	35.400,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:17:59	33.500,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:18:31	32.000,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:18:58	31.500,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:19:21	30.206,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:19:26	30.000,00	20.444.829/0001-90

0033 - ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG

Data	Valor	CNPJ
19/10/2020 - 11:10:12	14.001,51 (proposta)	11.726.439/0001-12
22/10/2020 - 15:58:06	14.001,51 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:44:19	14.001,51 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:51:15	14.001,51 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:40:17	14.001,51 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:10:31	14.001,51 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:55:41	14.001,51 (proposta)	20.371.330/0001-09
20/10/2020 - 16:33:51	14.000,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 17:54:41	13.955,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 15:48:44	10.326,82 (proposta)	03.183.450/0001-55
21/10/2020 - 09:18:20	10.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
25/10/2020 - 22:59:27	10.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 00:23:23	8.250,00 (proposta)	08.889.652/0001-05
26/10/2020 - 10:10:38	8.904,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:11:06	9.466,25	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:11:32	13.960,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:11:43	8.200,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:12:02	7.500,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:12:49	7.000,00	08.889.652/0001-05
26/10/2020 - 10:13:05	8.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:13:32	8.051,08	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:15:47	6.900,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:16:14	7.490,00	07.626.776/0001-60

0034 - OTOSCÓPIO - Espéculo Otoscópio, Lanterna Otoscópica. FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo.

Data	Valor	CNPJ
19/10/2020 - 11:12:40	1.500,00 (proposta)	11.726.439/0001-12
25/10/2020 - 23:04:24	1.000,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
22/10/2020 - 15:58:52	983,21 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:17:05	983,21 (proposta)	23.015.239/0001-30
23/10/2020 - 14:44:43	983,21 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:51:40	983,21 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:41:03	983,21 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:10:52	983,21 (proposta)	09.210.219/0001-90
20/10/2020 - 16:34:19	980,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 15:47:28	903,05 (proposta)	03.183.450/0001-55
21/10/2020 - 09:18:38	700,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:10:51	827,80	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:12:02	704,47	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:13:14	600,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:16:52	580,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:17:44	552,00	07.626.776/0001-60

26/10/2020 - 10:19:32	440,00	23.015.239/0001-30
26/10/2020 - 10:19:39	550,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:19:43	430,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:19:58	409,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:20:35	490,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:21:30	384,18	23.015.239/0001-30
26/10/2020 - 10:22:04	365,00	07.626.776/0001-60

0035 - OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

Data	Valor	CNPJ
19/10/2020 - 11:13:35	4.900,00 (proposta)	11.726.439/0001-12
22/10/2020 - 15:59:44	4.406,55 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:17:24	4.406,55 (proposta)	23.015.239/0001-30
23/10/2020 - 14:45:09	4.406,55 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 14:52:05	4.406,55 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:41:41	4.406,55 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:11:39	4.406,55 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:56:25	4.406,55 (proposta)	20.371.330/0001-09
23/10/2020 - 16:00:31	4.406,50 (proposta)	01.212.789/0001-07
20/10/2020 - 16:34:47	4.400,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 17:55:15	4.391,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 15:49:46	3.235,91 (proposta)	03.183.450/0001-55
21/10/2020 - 09:18:58	3.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
25/10/2020 - 23:05:32	2.800,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 10:10:51	2.600,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:11:28	2.966,25	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:12:20	3.118,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:13:22	2.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:14:47	4.380,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:17:06	2.350,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:18:48	2.300,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:19:16	2.190,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:19:36	2.180,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:19:53	2.100,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:20:06	1.990,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:20:31	2.765,00	23.015.239/0001-30
26/10/2020 - 10:20:43	1.999,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:20:47	1.980,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:21:04	1.850,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:21:15	2.200,00	01.212.789/0001-07
26/10/2020 - 10:21:18	1.840,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:21:37	1.750,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:21:56	1.740,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:22:12	1.657,00	07.626.776/0001-60

0036 - OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

Data	Valor	CNPJ
19/10/2020 - 11:14:08	4.900,00 (proposta)	11.726.439/0001-12
22/10/2020 - 16:00:25	4.406,55 (proposta)	07.029.483/0001-04
23/10/2020 - 14:17:41	4.406,55 (proposta)	23.015.239/0001-30
23/10/2020 - 14:45:32	4.406,55 (proposta)	33.613.876/0001-62
23/10/2020 - 16:42:24	4.406,55 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 18:12:22	4.406,55 (proposta)	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 05:56:52	4.406,55 (proposta)	20.371.330/0001-09

23/10/2020 - 16:00:28	4.406,50 (proposta)	01.212.789/0001-07
20/10/2020 - 16:35:09	4.400,00 (proposta)	07.626.776/0001-60
23/10/2020 - 17:55:44	4.391,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 15:51:17	3.235,91 (proposta)	03.183.450/0001-55
21/10/2020 - 09:19:19	3.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90
25/10/2020 - 23:06:11	2.800,00 (proposta)	10.462.477/0001-42
26/10/2020 - 10:10:56	2.600,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:11:44	2.966,25	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:12:35	2.694,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:13:32	2.500,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:15:20	4.380,00	11.726.439/0001-12
26/10/2020 - 10:17:10	2.350,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:18:44	2.300,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:19:19	2.190,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:19:43	2.180,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:19:57	2.100,00	20.444.829/0001-90
26/10/2020 - 10:20:52	1.999,00	33.613.876/0001-62
26/10/2020 - 10:20:55	2.090,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:21:05	2.332,87	23.015.239/0001-30
26/10/2020 - 10:21:06	1.990,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:21:09	1.850,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:21:21	2.200,00	01.212.789/0001-07
26/10/2020 - 10:21:26	1.840,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:21:41	1.750,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:22:32	1.740,00	09.210.219/0001-90
26/10/2020 - 10:22:49	1.657,00	07.626.776/0001-60
26/10/2020 - 10:24:37	2.937,00	07.029.483/0001-04
26/10/2020 - 10:26:36	1.554,00	20.371.330/0001-09
26/10/2020 - 10:27:29	1.479,90	07.626.776/0001-60

0037 - Estrutura Monobloco e fechamentos laterais e superiores em fibra de vidro com tanques em aço inoxidável; - Transporte do filme através de roletes acionados por intermédio de engrenagens de rosca sem fim; - Controle eletrônico automático liga/desliga (stand-by) independentes para cada função, regenerações automáticas ajustáveis, controle de entrada do filme sonoro e visual, bloqueio da água e reacionamento da processadora por introdução normal do filme no alimentador; - Recirculação do revelador e fixador por meio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador; - Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador. Dimensões: Comprimento: 99,7 cm; Largura: 61,4 cm; Altura: 45,0 cm; Peso Líquido: 80 kg; Capacidade dos Tanques: Revelador: 9,0 litros; Fixador: 9,0 litros; Água: 9,0 litros; Capacidade de Produção: 120 seg. seco a seco; 160 filmes (24x30) cm/hora 200 filmes diversos/hora; Velocidade de Transporte: 1,4 cm/seg. Temperatura de Operação: Revelador: 31°C

Data	Valor	CNPJ
23/10/2020 - 14:52:31	35.230,00 (proposta)	05.199.870/0001-55
23/10/2020 - 16:47:29	35.230,00 (proposta)	09.485.574/0001-71
23/10/2020 - 17:56:20	35.113,00 (proposta)	28.767.561/0001-30
23/10/2020 - 15:52:32	34.543,64 (proposta)	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:12:51	35.130,00	09.485.574/0001-71
26/10/2020 - 10:13:31	34.480,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 10:17:26	34.000,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:19:03	33.500,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:19:18	33.300,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 10:20:32	33.000,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:20:44	32.700,00	28.767.561/0001-30
26/10/2020 - 10:20:56	31.665,00	03.183.450/0001-55
26/10/2020 - 10:22:25	31.255,00	28.767.561/0001-30

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0009	26/10/2020 - 10:36:07	12.633.952/0001-21	
0011	26/10/2020 - 10:37:16	12.633.952/0001-21	


0024	26/10/2020 - 10:37:32	12.633.952/0001-21
0037	26/10/2020 - 10:37:46	28.767.561/0001-30
0025	26/10/2020 - 10:37:47	12.633.952/0001-21
0028	26/10/2020 - 10:42:24	20.444.829/0001-90
0032	26/10/2020 - 10:42:33	20.444.829/0001-90
0033	26/10/2020 - 10:42:41	20.444.829/0001-90
0031	26/10/2020 - 10:44:36	12.710.916/0001-14
0001	26/10/2020 - 10:48:11	09.210.219/0001-90
0012	26/10/2020 - 10:49:17	33.613.876/0001-62
0004	26/10/2020 - 10:52:34	08.060.934/0001-20
0014	26/10/2020 - 10:52:42	08.060.934/0001-20
0002	26/10/2020 - 10:56:15	10.553.199/0001-39
0003	28/10/2020 - 10:56:53	10.553.199/0001-39
0010	26/10/2020 - 10:57:32	10.553.199/0001-39
0013	26/10/2020 - 10:58:04	10.553.199/0001-39
0015	26/10/2020 - 11:09:56	32.109.914/0001-81
0016	26/10/2020 - 11:16:58	09.560.267/0001-08
0023	26/10/2020 - 11:17:02	05.199.870/0001-55
0017	26/10/2020 - 11:17:12	09.560.267/0001-08
0018	26/10/2020 - 11:17:25	09.560.267/0001-08
0026	26/10/2020 - 11:32:13	07.304.475/0001-10
0027	26/10/2020 - 11:32:31	07.304.475/0001-10
0021	26/10/2020 - 11:44:53	07.029.483/0001-04
0020	26/10/2020 - 11:46:46	09.485.574/0001-71
0022	26/10/2020 - 11:47:05	09.485.574/0001-71
0007	26/10/2020 - 11:57:35	07.626.776/0001-60
0031	11/11/2020 - 12:30:48	12.710.916/0001-14

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/11/2020 - 10:40	20/11/2020 - 10:00	23/11/2020 - 10:00

0015 - Tablet 10 polegadas - Tablet 3g, Android 7.0, Dual Câmera, tela de 10 Polegadas, Quad Core.Memória Interna 16GB, Expansivo MicroSD Até 32GB, Câmera Frontal, Conxões 3G, Tamanho do Display 10 polegadas, cor preta, câmeras 5.1 MP, processador Quad Core, Bluetooth, GPS. Garantia de 12 meses do fabricante. Será utilizado um aplicativo (ESUS AB TERRITORIAL) que se integra às ações do Departamento de Atenção Básica na ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (eSF), e, de modo geral, das equipes de Atenção Básica. O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as atividades de cadastramento da Atenção Básica, assim como o registro das visitas domiciliares de forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil manejo de computadores ou Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
12.633.952/0001-21	26/10/2020 - 13:29:08	Gostaríamos de entrar com recurso contra a empresa vencedora pois a mesma ofertou um modelo inferior ao que pede no termo de referência, que solicita a câmera de 5,1 MP e o modelo ofertado pela empresa vencedora só possui 5.0, diante disto solicitamos a desclassificação da mesma.	Deferido
12.633.952/0001-21	06/11/2020 - 14:04:28	Gostaríamos de saber a marca e modelo oferecido pela empresa vencedora do tablet pois assim não tem como saber se o mesmo atende as exigências do edital	Deferido



0031 - CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia
 Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador . Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
02.535.707/0001-28	26/10/2020 - 14:37:31	Sr. Pregoeiro, registramos intenção de recurso pois o primeiro colocado que ofertou : NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL modelo : APARELHO DE ANESTESIA TESIA (3000/4000/5000) que não atende ao edital, pois, não possui função autoteste ao ligar. Fundamentaremos as razões recursais caso a intenção seja aceita.	Deferido
02.535.707/0001-28	12/11/2020 - 08:44:26	Sra. Pregoeira, registramos intenção de recurso pois o primeiro colocado EDILAINE CARVALHO ARAUJO que ofertou : NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL modelo : APARELHO DE ANESTESIA TESIA (3000/4000/5000) que não atende ao edital, pois, não possui função autoteste ao ligar. Fundamentaremos as razões recursais caso a intenção seja aceita. Nossas razões com todos os apontamentos está finalizadas e a enviaremos hoje!	Deferido

0031 - CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia
 Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador . Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
02.535.707/0001-28	17/11/2020 - 13:21:48	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.535.707/0001-28, vem apresentar suas razões de RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos motivos de fato e de direito que seguem no documento anexo. 20201111RecursoAdministrativoJaguaribeTesiaAutotesteFluxometroChanceladoUnterzeichnet.pdf	Aguardando Julgamento

Chat

Data	Apelido	Frase
26/10/2020 - 08:03:04	Pregoeiro	Bom dia a todos!
26/10/2020 - 08:03:59	Pregoeiro	Daremos início ao Pregão Eletrônico cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (COMPREENDENDO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CLIMATIZAÇÃO, ODONTOLÓGICO, INFORMÁTICA E COPA E COZINHA) E MATERIAL DE CONSUMO PARA VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

26/10/2020 - 08:04:22	Pregoeiro	Iniciaremos com a análise de propostas.
26/10/2020 - 08:05:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/10/2020 - 08:14:14	Sistema	O item 0019 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:14:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/10/2020 - 08:14:14	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/10/2020 - 08:14:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
26/10/2020 - 08:14:14	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/10/2020 - 08:16:29	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:16:29	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:16:33	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:16:33	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:16:38	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:16:38	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:16:41	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:16:41	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:28:29	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/10/2020 - 08:28:56	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
26/10/2020 - 08:44:43	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:44:43	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:44:49	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:44:49	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:45:38	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/10/2020 - 08:54:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/10/2020 - 08:54:51	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:54:51	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:54:52	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:54:52	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:56:44	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/10/2020 - 08:56:47	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
26/10/2020 - 08:57:08	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:57:08	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 08:57:11	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 08:57:11	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:07:02	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:09:42	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:11:01	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:12:33	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:12:33	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:12:36	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:12:36	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:12:38	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:12:38	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:16:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:17:31	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:17:31	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:17:34	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:17:34	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:22:37	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:23:07	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:25:44	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:26:25	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:26:25	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:26:28	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:26:28	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/10/2020 - 09:26:30	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:26:30	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:32:01	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:33:53	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:36:29	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:36:32	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:37:00	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:37:12	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:37:12	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:37:16	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:38:48	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:39:45	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:47:00	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:47:12	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:47:18	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:48:42	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:48:42	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:48:46	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:48:46	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:48:52	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:48:52	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:49:45	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:57:05	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:57:05	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:58:42	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:58:48	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
26/10/2020 - 09:59:31	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:59:31	Sistema	O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:59:35	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:59:35	Sistema	O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 09:59:36	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 09:59:36	Sistema	O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:00:16	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:07:06	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:09:47	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:09:47	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:09:53	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:09:53	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:09:58	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:09:58	Sistema	O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:10:00	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:10:00	Sistema	O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:10:08	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:10:08	Sistema	O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:10:17	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:10:17	Sistema	O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:10:24	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
26/10/2020 - 10:10:24	Sistema	O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2020 - 10:10:37	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:12:04	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:15:29	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:19:58	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:21:28	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:22:47	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:24:05	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:24:14	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:24:26	Sistema	O item 0037 foi encerrado.







26/10/2020 - 10:29:31	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME com valor unitário de R\$ 7.390,00 e marca STERMAX.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Windstar Computadores - ME com valor unitário de R\$ 1.650,00 e marca FM9.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Windstar Computadores - ME com valor unitário de R\$ 1.798,00 e marca FM12K.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 2.700,00 e marca SPLIT ECO CCS018QF-R4.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0005 teve como arrematante STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1.600,00 e marca SM-322L7.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0006 teve como arrematante STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1.600,00 e marca SM-322L7.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0007 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 165,00 e marca ADULTO.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0008 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 409,00 e marca JPD-100B.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0009 teve como arrematante MARCOS JULIANO DA SILVA - ME com valor unitário de R\$ 1.090,00 e marca 21769.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Windstar Computadores - ME com valor unitário de R\$ 4.350,00 e marca GOLDENTEC I5/4GB.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0011 teve como arrematante MARCOS JULIANO DA SILVA - ME com valor unitário de R\$ 2.190,00 e marca L5102DW.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0012 teve como arrematante SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 240,00 e marca TL-WR840N.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0013 teve como arrematante Windstar Computadores - ME com valor unitário de R\$ 265,00 e marca SG1016D.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0014 teve como arrematante Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 680,00 e marca 1200new orion.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0015 teve como arrematante bd informática Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 990,00 e marca m10.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0016 teve como arrematante Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS com valor unitário de R\$ 320,00 e marca PRIMECX207-W-2.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0017 teve como arrematante Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS com valor unitário de R\$ 310,00 e marca CONTRA ANGULO PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO).
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0018 teve como arrematante Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS com valor unitário de R\$ 400,00 e marca MICROMOTOR PRIME CX235-3F.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0020 teve como arrematante Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 483,33 e marca INCOTERM.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0021 teve como arrematante NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 99,00 e marca SH 102 - COD. 1587-3.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0022 teve como arrematante Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 346,67 e marca TERMOGEL.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0023 teve como arrematante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 234,67 e marca X.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0024 teve como arrematante MARCOS JULIANO DA SILVA - ME com valor unitário de R\$ 148,00 e marca ÚTIL BAZAR.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0025 teve como arrematante MARCOS JULIANO DA SILVA - ME com valor unitário de R\$ 28,00 e marca ÚTIL BAZAR 04.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0026 teve como arrematante C. H. SILVEIRA COSTA - ME com valor unitário de R\$ 243,00 e marca Nacional Gás.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0027 teve como arrematante C. H. SILVEIRA COSTA - ME com valor unitário de R\$ 850,00 e marca ESMALTEC ÁGATA.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0028 teve como arrematante CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME com valor unitário de R\$ 5.500,00 e marca SP750.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0029 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 6.000,00 e marca K-12.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0030 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 350,00 e marca JPD-100B.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0031 teve como arrematante EDILANE CARVALHO ARAUJO - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 83.500,00 e marca TESIA 3000.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0032 teve como arrematante CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME com valor unitário de R\$ 30.000,00 e marca MDF03BI.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0033 teve como arrematante CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME com valor unitário de R\$ 6.900,00 e marca CMA.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0034 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 365,00 e marca RI-MINI.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0035 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1.657,00 e marca SP-20 / ANVISA: 80901119001.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0036 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1.479,90 e marca SP-20 / ANVISA: 80901119001.
26/10/2020 - 10:30:26	Sistema	O item 0037 teve como arrematante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 31.255,00 e marca RM-1.
26/10/2020 - 10:30:30	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

26/10/2020 - 10:32:04	F. EDILANE CARVALHO ARAUJO	Negociação Item 0031: Bom dia Senhor Pregoeiro, esse é o nosso valor mínimo.
26/10/2020 - 10:32:16	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2020 às 12:33.
26/10/2020 - 10:34:20	Pregoeiro	Aberta a negociação para os licitantes que ainda conseguem melhorar os valores. Caso não possam, aguardar a abertura para inclusão da proposta ajustada, ou repetir a proposta inicial.
26/10/2020 - 10:35:08	F. Cirurgica Sao Fel...	Documentação Item 0007: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:35:18	F. Cirurgica Sao Fel...	Negociação Item 0008: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:35:29	F. Cirurgica Sao Fel...	Negociação Item 0029: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:36:37	F. Cirurgica Sao Fel...	Negociação Item 0030: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:35:46	F. Cirurgica Sao Fel...	Negociação Item 0034: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:36:00	F. Cirurgica Sao Fel...	Negociação Item 0035: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:36:07	Sistema	Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:36:25	F. Cirurgica Sao Fel...	Negociação Item 0036: Não temos mais margem para negociação, chegamos em nosso mínimo na disputa. Obrigado!
26/10/2020 - 10:37:05	F. LK MEDICAL COMERC...	Negociação Item 0037: Bom dia senhor pregoeiro, esse é o nosso mínimo.
26/10/2020 - 10:37:16	Sistema	Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:37:32	Sistema	Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:37:46	Sistema	Proposta readequada do item 0037 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:37:47	Sistema	Proposta readequada do item 0025 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:42:24	Sistema	Proposta readequada do item 0028 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:42:33	Sistema	Proposta readequada do item 0032 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:42:41	Sistema	Proposta readequada do item 0033 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:44:18	Sistema	O item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 234,65.
26/10/2020 - 10:44:36	Sistema	Proposta readequada do item 0031 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:48:11	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:48:50	F. PAULO JOSE MAIA E...	Negociação Item 0001: Bom dia senhor pregoeiro, esse é o nosso mínimo.
26/10/2020 - 10:49:17	Sistema	Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:52:34	Sistema	Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:52:42	Sistema	Proposta readequada do item 0014 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:58:15	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:56:53	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:57:32	Sistema	Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 10:58:04	Sistema	Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:09:56	Sistema	Proposta readequada do item 0015 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:16:58	Sistema	Proposta readequada do item 0016 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:17:02	Sistema	Proposta readequada do item 0023 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:17:12	Sistema	Proposta readequada do item 0017 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:17:25	Sistema	Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:32:13	Sistema	Proposta readequada do item 0026 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:32:31	Sistema	Proposta readequada do item 0027 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:44:53	Sistema	Proposta readequada do item 0021 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:46:46	Sistema	Proposta readequada do item 0020 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:47:05	Sistema	Proposta readequada do item 0022 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 11:55:40	F. MARCOS JULIANO DA SILVA	Negociação Item 0024: já é o nosso menor preço
26/10/2020 - 11:55:56	F. MARCOS JULIANO DA SILVA	Negociação Item 0025: já é o nosso menor preço
26/10/2020 - 11:57:35	Sistema	Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.
26/10/2020 - 13:29:08	Sistema	O fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.
26/10/2020 - 14:37:31	Sistema	O fornecedor Dräger Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0031.
27/10/2020 - 07:43:50	Pregoeiro	Estamos em análise documental de habilitação
27/10/2020 - 10:40:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.
27/10/2020 - 11:10:07	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Windstar Computadores.
27/10/2020 - 11:10:07	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Windstar Computadores.
27/10/2020 - 11:10:07	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Windstar Computadores.
27/10/2020 - 11:10:07	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Windstar Computadores.


27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	O fornecedor Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP foi inabilitado no processo.
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	Motivo: Por apresentar o Termo de Abertura e encerramento do Balanço e não o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, como é solicitado no item 9.10.2 do Edital. Na qual subscrevo "9.10.2. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, devidamente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, inclusive termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no cartório de títulos e documentos, conforme a natureza jurídica da empresa) e assinado por contador habilitado, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do... (CONTINUA)
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	(CONT. 1) Livro Diário para verificação dos valores;"
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	O fornecedor Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	Motivo: Por apresentar o Termo de Abertura e encerramento do Balanço e não o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, como é solicitado no item 9.10.2 do Edital. Na qual subscrevo "9.10.2. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, devidamente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, inclusive termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no cartório de títulos e documentos, conforme a natureza jurídica da empresa) e assinado por contador habilitado, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do... (CONTINUA)
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	(CONT. 1) Livro Diário para verificação dos valores;"
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante Windstar Computadores com valor unitário de R\$ 2.750,00 e marca FM18K.
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	O fornecedor Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	Motivo: Por apresentar o Termo de Abertura e encerramento do Balanço e não o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, como é solicitado no item 9.10.2 do Edital. Na qual subscrevo "9.10.2. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, devidamente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, inclusive termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no cartório de títulos e documentos, conforme a natureza jurídica da empresa) e assinado por contador habilitado, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do... (CONTINUA)
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	(CONT. 1) Livro Diário para verificação dos valores;"
27/10/2020 - 11:38:37	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Inovamex Teleinformatica Ltda. com valor unitário de R\$ 685,00 e marca TS SHARA.
27/10/2020 - 11:39:11	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Windstar Computadores.
27/10/2020 - 12:31:21	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
27/10/2020 - 12:31:21	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 08:46:29	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli.
28/10/2020 - 09:57:54	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA.
28/10/2020 - 09:57:54	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA.
28/10/2020 - 09:57:54	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA.
28/10/2020 - 09:57:54	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA.
28/10/2020 - 11:12:58	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA.
28/10/2020 - 12:21:34	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Inovamex Teleinformatica Ltda..
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado no processo.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	Motivo: Por apresentar as declarações do anexo III, IV, V, VI, VII e VIII sem a assinatura do responsável legal da empresa. Conforme item 10.10 do edital.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	Motivo: Por apresentar as declarações do anexo III, IV, V, VI, VII e VIII sem a assinatura do responsável legal da empresa. Conforme item 10.10 do edital.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI com valor unitário de R\$ 406,23 e marca S/M.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI com valor unitário de R\$ 343,05 e marca S/M.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
29/10/2020 - 10:13:12	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI com valor unitário de R\$ 433,33 e marca S/M.
29/10/2020 - 10:13:13	Sistema	Motivo: Por apresentar as declarações do anexo III, IV, V, VI, VII e VIII sem a assinatura do responsável legal da empresa. Conforme item 10.10 do edital.
29/10/2020 - 10:13:13	Sistema	Motivo: Por apresentar as declarações do anexo III, IV, V, VI, VII e VIII sem a assinatura do responsável legal da empresa. Conforme item 10.10 do edital.
29/10/2020 - 10:16:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016.
29/10/2020 - 10:17:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017.
29/10/2020 - 10:17:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018.
29/10/2020 - 10:31:23	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0016.
29/10/2020 - 10:31:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016.
29/10/2020 - 11:31:55	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0016.
29/10/2020 - 11:32:02	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0017.
29/10/2020 - 11:32:08	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0018.
29/10/2020 - 11:32:29	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
29/10/2020 - 11:32:29	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
29/10/2020 - 11:32:29	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
03/11/2020 - 09:29:39	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda.
03/11/2020 - 09:29:39	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda.
03/11/2020 - 11:33:08	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
05/11/2020 - 11:44:32	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
05/11/2020 - 12:01:35	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. H. SILVEIRA COSTA.
05/11/2020 - 12:01:35	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. H. SILVEIRA COSTA.
06/11/2020 - 07:50:57	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA.
06/11/2020 - 07:50:57	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA.
06/11/2020 - 07:50:57	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA.
06/11/2020 - 09:33:25	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI.
06/11/2020 - 09:56:45	Sistema	O fornecedor bd informática ltda foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
06/11/2020 - 09:56:45	Sistema	Motivo: A documentação da empresa foi anexada após início da sessão, conforme consta na ata parcial. Bem como, o modelo e a marca do produto ofertado por essa empresa não atendem às especificações do produto licitado, que é de câmera com 5,1MP e não 5,0.
06/11/2020 - 09:56:45	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com valor unitário de R\$ 995,00 e marca X.
06/11/2020 - 09:56:45	Sistema	Para o item 0015, o fornecedor SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
06/11/2020 - 09:58:02	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0015 para o fornecedor SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA foi definida pelo pregoeiro para 06/11/2020 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
06/11/2020 - 10:21:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.
06/11/2020 - 10:21:07	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro, registramos intenção de recurso pois o primeiro colocado que ofertou : NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL modelo : APARELHO DE ANESTESIA TESIA (3000/4000/5000) que não atende ao edital, pois, não possui função autoteste ao ligar. Fundamentaremos as razões recursais caso a intenção seja aceita.
06/11/2020 - 12:05:02	Sistema	O item 0015 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
06/11/2020 - 12:05:02	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
06/11/2020 - 14:04:29	Sistema	O fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.
10/11/2020 - 12:31:09	Sistema	O fornecedor MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
10/11/2020 - 12:31:09	Sistema	Motivo: O modelo apresentado pela empresa não atende às especificações licitadas.
10/11/2020 - 12:31:09	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA com valor unitário de R\$ 999,00 e marca M9S.
10/11/2020 - 12:31:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
10/11/2020 - 12:31:20	Sistema	Intenção: Gostaríamos de entrar com recurso contra a empresa vencedora pois a mesma ofertou um modelo inferior ao que pede no termo de referência, que solicita a câmera de 5,1 MP e o modelo ofertado pela empresa vencedora só possui 5,0, diante disto solicitamos a desclassificação da mesma.
10/11/2020 - 12:31:23	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
10/11/2020 - 12:31:23	Sistema	Intenção: Gostaríamos de saber a marca e modelo oferecido pela empresa vencedora do tablet pois assim não tem como saber se o mesmo atende as exigências do edital

10/11/2020 - 12:34:46	Sistema	O fornecedor SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
10/11/2020 - 12:34:46	Sistema	Motivo: O modelo M9S do produto apresentado pela empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA não atende às especificações licitadas.
10/11/2020 - 12:34:46	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Windstar Computadores com valor unitário de R\$ 1.090,00 e marca TAB10.
10/11/2020 - 12:40:35	Sistema	O fornecedor Windstar Computadores foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
10/11/2020 - 12:40:35	Sistema	Motivo: O modelo tab10, marca multilaser, do produto apresentado pela empresa Windstar Computadores não atende às especificações licitadas. Câmera traseira inferior à licitada.
10/11/2020 - 12:40:35	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Inovamax Teleinformatica Ltda. com valor unitário de R\$ 1.750,00 e marca Samsung.
10/11/2020 - 14:24:17	Sistema	O fornecedor MARCOS JULIANO DA SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.
11/11/2020 - 10:43:56	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor inovamax Teleinformatica Ltda..
11/11/2020 - 10:44:13	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
11/11/2020 - 10:44:13	Sistema	Intenção: Boa tarde, gostaríamos de saber o modelo ofertado pela empresa vencedora pois tem vários modelos dessa marca que não atende
11/11/2020 - 10:46:11	Sistema	A habilitação do item 0015 foi revertida.
11/11/2020 - 10:46:11	Sistema	Motivo: A reversão da habilitação foi necessária em virtude da interposição de recurso feita pela empresa MARCOS JULIANO para análise de modelo do produto ofertado pela empresa vencedora.
11/11/2020 - 10:46:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 11/11/2020.
11/11/2020 - 11:01:31	Pregoeiro	Solicito da empresa INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, esclarecimento de dúvida sobre o item 15 do Pregão Eletrônico 06.10.03/2020. Atente-se que na proposta ofertada foi colocado marca e modelo samsung para o item 15 tablet 10 polegadas, porém gostaríamos de saber qual o modelo que será entregue? Saliento que a proposta da empresa atendeu aos itens 6.1.2 e 6.1.3, e que esta diligência encontra-se respaldado no item 8.5.2 do edital.
11/11/2020 - 11:15:49	Pregoeiro	Em virtude da interposição de recurso da empresa Dräger Indústria e Comércio, solicito esclarecimento à empresa EDILANE CARVALHO ARAUJO, sobre o modelo de equipamento ofertado no item 31 não possuir função autoteste ao ligar. Saliento que a proposta da empresa atendeu aos itens 6.1.2 e 6.1.3, e que esta diligência encontra-se respaldado no item 8.5.2 do edital.
11/11/2020 - 11:36:41	F. Inovamax Teleinfo...	Documentação item 0015: Essa é a marca e Modelo do item: Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 T515 32gb
11/11/2020 - 11:39:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 11/11/2020.
11/11/2020 - 12:30:48	Sistema	Diligências do item 0031 foram anexadas ao processo.
11/11/2020 - 12:30:55	F. EDILANE CARVALHO ARAUJO	Documentação item 0031: BOA TARDE SENHOR PREGOEIRO SEGUE MANUAL PARA COMPROVAÇÃO DA DILIGENCIA, PAGINA 103.
12/11/2020 - 08:06:24	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor inovamax Teleinformatica Ltda..
12/11/2020 - 08:07:55	Pregoeiro	Solicito da empresa INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, que seja colocado o modelo do tablet 10 polegadas (item 15) no envio de sua proposta ajustada.
12/11/2020 - 08:36:43	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDILANE CARVALHO ARAUJO.
12/11/2020 - 08:37:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2020 às 10:40.
12/11/2020 - 08:44:26	Sistema	O fornecedor Dräger Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0031.
17/11/2020 - 11:42:20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.
17/11/2020 - 11:42:20	Sistema	Intenção: Sra. Pregoeira, registramos intenção de recurso pois o primeiro colocado EDILANE CARVALHO ARAUJO que ofertou : NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL modelo : APARELHO DE ANESTESIA TESIA (3000/4000/5000) que não atende ao edital, pois, não possui função autoteste ao ligar. Fundamentaremos as razões recursais caso a intenção seja aceita. Nossas razões com todos os apontamentos está finalizadas e a enviaremos hoje!
17/11/2020 - 11:46:04	Sistema	O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 20/11/2020 às 10:00, com limite de contrarrazão para 23/11/2020 às 10:00.
17/11/2020 - 13:21:48	Sistema	O fornecedor Dräger Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0031.


 Leilane Kércia Barreto Soares
 Pregoeiro(a)



 MARIA RODRIGUES FERNANDES-NETO
 Autoridade Competente


 Wagner Barros Serrano

d



Apoio


José Vanderley Rosa da Silva
Apoio

